



AGENȚIA MEDICAMENTULUI
ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

Tip	Denumire	Введите текст для поиска...								
I.2. Declarația de conformitate CE	Declarație de conformitate									
Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data	Cod vamal
						Colenta	medexcom			
DM000708774	FILM RADIOLOGIC	MEDIPHOT DL	DL 20 X 25 CM	20104 20103	Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000147	07-06-2024	
DM000708773	FILM RADIOLOGIC	MEDIPHOT DL	DL 25 X 30 CM	20104 20104	Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000147	07-06-2024	
DM000708771	FILM RADIOLOGIC	MEDIPHOT DL	DL 35 X 43 CM	20104 20101	Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000147	07-06-2024	
DM000708772	FILM RADIOLOGIC	MEDIPHOT DL	DL 26 X 36 CM	20104 20102	Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000147	07-06-2024	
DM000237991	FILM RADIOGRAFIC DENTAR	MEDIPHOT	DENT X-E		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
DM000237997	PRINTER MEDICAL		DRY LASER IMAGER HIGHCAP XLP (FIRMWARE VERSION 10.X)		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
DM000237992	FILM RADIOGRAFIC PENTRU UZ GENERAL	MEDIPHOT	X-90/RP		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
DM000237994	FILM RADIOGRAFIC PENTRU UZ GENERAL	MEDIPHOT	X-0/RP		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
DM000237996	PRINTER MEDICAL		DRY LASER IMAGER HIGHCAP XLP (FIRMWARE VERSION 5.X)		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
DM000237993	FILM RADIOGRAFIC PENTRU UZ GENERAL	MEDIPHOT	X-90N/RP		Austria	COLENTA LABORTECHNIK GMBH & CO KG	MEDEXCOM-TEH S.R.L.	Rg04-000223	09-09-2019	
Страница 1 из 2 (Всего элементов: 12) < 1 2 >										
✓ Содержит('Reprezentant', 'medexcom') И Содержит('Producatorul', 'Colenta')						Активация Windows Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры" ОЧИСТИТЬ				