



Ref. Certif. No.

DE 3 - 30329

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Name and address of the applicant

Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Ratings and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trade mark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Model/type Ref.

Ref. de type

Laboratory equipment

Amann Girschbach AG

Herrschaftswiesen 1

6842 Koblach, AUSTRIA

Amann Girschbach AG

Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, AUSTRIA

Amann Girschbach AG

Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, AUSTRIA

For further information please see attachment

Rated voltage: 220-240V or 200V

Rated frequency: 50-60Hz

Rated power
consumption: 3500W

Protection class:

I

Amann Girschbach

Ceramill Argotharm 2

Aidite AF-CoCr

Dental Max T2 CoCr

IDC T2 CoCr

Novux nx M-Therm

Straumann Argotharm

Ceramill Argotharm 2 JPN

Ceramill Therm 3

IDC T1 ZI

Novux nx Z-Therm

Straumann Therm

Ceramill Therm 3 JPN

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity withUn échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

as shown in the Test Report Ref. No.

which forms part of this certificate

comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

IEC 61010-1:2010

IEC 61010-2-010:2014

028-713084669-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date,

2016-12-09

CB 16 12 19612 024

Abdul Sabbagh



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Amann Girrbach AG
Schweizerstraße 96
6830 Rankweil
Austria

Date, 2016-12-09
CB 16 12 19612 024



TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstrasse 65 • D-80339 München

Product Service