

## Specificații de preț

Numărul   ocds-b3wdp1-MD-1723110683742 din 16 septembrie 2024
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
23	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	buc	4	209000,00	250800,00	836000,00	1003200,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
24	Masa autopsie	buc	1	312500,00	375000,00	312500,00	375000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>1148500,00</b>	<b>1378200,00</b>		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1723110683742 din 16 septembrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice

	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
23	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	MEDİONE TRQ-2024	Turcia	AVRASY AMED MEDİKA L TIBBİ CİHAZLA R VE ÜRÜNLE R PAZARL AMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă $\leq 20$ mmHg Da Presiune maximă $\geq 650$ mmHg Da Pas de setare a presiunii $\leq 5$ mmHg Da Interval de timp minim $\leq 5$ min Da Interval de timp maxim $\geq 180$ min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Opțional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stâlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 roțile și coș Da Alte cerințe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română)	Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă $\leq 20$ mmHg Da Presiune maximă $\geq 650$ mmHg Da Pas de setare a presiunii $\leq 5$ mmHg Da Interval de timp minim $\leq 5$ min Da Interval de timp maxim $\geq 180$ min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Opțional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stâlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare - 4 buc Da Set de tuburi - 4 buc Da Cablu de alimentare 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 roțile și coș Da Alte cerințe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau	DM0006 46004

					sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar Da	în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar Da	
Masa autopsie	ME-103 - masă autopsie C-18.02.036 - suport pentru cap AS-122-00-00 - suport pentru spate MB-034 - masă pentru instrumente	Spania	AnatHomic Solutions SLU	Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Parametru Specificația Gabaritele mesei: lungimea 2400 mm (-/+ 300mm) lățimea 800 mm (+/- 10 mm) înălțimea 850 mm (+/- 10 mm) Capacitatea de încărcare minim 180 kg Da În complicația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; Da susținător spate din inox Da măsuță pentru instrumente din inox Da Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; Da amestecător cu furtun Lungime 4metri sifon Da VA (Ventil de aerisire) Da	Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea 1,5-2 mm. Parametru Specificația Gabaritele mesei: lungimea 2400 mm (-/+ 300mm) lățimea 800 mm (+/- 10 mm) înălțimea 850 mm (+/- 10 mm) Capacitatea de încărcare minim 180 kg Da În complicația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; Da susținător spate din inox Da măsuță pentru instrumente din inox Da Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; Da amestecător cu furtun Lungime 4metri sifon Da VA (Ventil de aerisire) Da Masa pentru autopsie nu este dispozitiv medical și este produsă în conformitate cu standardele corespunzătoare.	CE/ISO	

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,  
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia