

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul licitației:</b>		<b>Licitatie Deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1710933230433 / 21189291</b>					Data: 23.04.2024		Alternativ va nr.: _____
<b>Denumirea licitației:</b>		Achiziționarea KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024					Lot: _____		Pagina: _din_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
<b>Lot 1 Kit SSO HLA</b>									
331000 00-1	1.1	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-A	LIFECODES HLA-A eRES SSO Typing Kit Code 628913 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	1.2	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-B	LIFECODES HLA-B eRES Typing Kit Code 628917 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirm ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	1.3	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-C	LIFECODES HLA-C eRES Typing Kit Code 628921 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	1.4	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA- DRB1	LIFECODES HLA-DRB1 eRES Typing Kit Code 628925 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	1.5	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA- DQB1	LIFECODES HLA-DQA1/B1 SSO Typing Kit Code 628930 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
<b>Lot 2 Kit LAB</b>									
331000 00-1	2.1	Kit LAB	Kit LAB Screen Single Class I	LIFECODES LSA Class I Code 265100	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class I Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class I Positive Control", -PE conjugate goat anti-human IgG "LSA Conjugate Concentrate" <i>Se mentioneaza faptul ca reagentii sunt inclusi in kitul "LIFECODES LSA Class I" conform instructiunii de utilizare pag. 2</i>	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	2.2	Kit LAB	Kit LAB Screen Single Class II	LIFECODES LSA Class II Code 265200	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class II Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class II Positive Control" -PE conjugate goat anti-human IgG "LSA Conjugate Concentrate" <i>Se mentioneaza faptul ca reagentii sunt inclusi in kitul "LIFECODES LSA Class II" conform instructiunii de utilizare pag. 2</i>	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
<b>Lot 3 Luminex 100/200 performance</b>									
331000 00-1	3.1	Luminex 100/200 performance	Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter)	Luminex 100/200 Calibration Kit Code LX200- CAL-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	3.2	Luminex 100/200 performance	Luminex 100/200 performance verification kit (Classification, re porter si fluid)	Luminex 100/200 Performance Verification Kit Code LX200- CON-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	3.3	Luminex 100/200 performance	Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex	Luminex Sheath Fluid Plus, Code LX-40- 50035	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	5	Control pozitiv	Control pozitiv	LIFECODES PC-AHG Code 405467	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG	Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	6	Control negativ	Control negativ	LIFECODES PHS Code 405510	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Test limfocitotoxic	Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	11	Microplansete uniplate	Microplansete uniplate	HTS Millipore Multiscreen BV N/S plates Code 1280061	Irlanda	Merck Millipore Ltd.	96 godeuri, 250 μl, polystyren, V bottom, RNase, DNase, PCR inhibitors free	96 godeuri, 250 μl, polystyren, V bottom, RNase, DNase, PCR inhibitors free	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: **S.C. "ZETICON" S.R.L.** - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

