

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1725031381061 / 21273136 din 01.10.2024						Pagina: 1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 18)						LOT 10	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat19200348	CHINA	DLAB Scientific Co.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Specificație tehnică: Viteza de rotație: Minimală, rpm ≤500; Maximală, rpm ≥6000; Setări: setarea vitezei. Capacitatea: Tipul tuburilor: tuburi de 10 - 15 ml; Numărul de tuburi: 8-12 unitati; Camera interioara din oțel inoxidabil; Capac: cu port de vizualizare incinta; Alarma: dispozitiv care intrerupe funcționarea, în cazul dezechilibrării rotorului; terminarea centrifugării; Tastatura cu butoanele de acces rapid: tasta impuls, tasta RCF; Viteza de rotație: Programarea vitezei cu increment de 100rot/min; Recunoșterea automată a rotorului. Echiparea: microprocesor și display cu afisaj digital pentru valorile parametrilor în timpul centrifugării; Rotor: 8- de locuri pentru tuburi de 15 ml și 12- de locuri pentru tuburi de 10 ml;	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă (catalog pag.81-82) Cod 150940 Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sîngelui uman sau probelor de urină în rotor, conform EN ISO 12772. Parametrul - Specificația : Viteza de rotație : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm pină la 4500 (increment 100 rpm) -Manual de utilizare pag 3 Setări setarea vitezei -DA Capacitatea si numarul de tubuiri : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Timer Gama de timp 30sec - 99 min HOLD, operare continuă Incrementarea ≤1 min Recunoșterea automată a rotorului - DA Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016;

Semnat electron : Ofertantul: Nume: Varman Irina În calitate de: Director
ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6