

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. 21469463/ ocde-b3wdp1-MD-1755845475566					Data: „_09_” 09__ 2025 __	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 pentru 48 luni					Pagina: __din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6	7	8	
33100000-1	1	Test Rapid Antigen Covid- 19	Test Rapid Antigen Covid- 19	COV-N002	China	HINDERING/ Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd. Company.	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: minim 97% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Ambalarea până la 25 teste în Cutie	Test Rapid Antigen Covid-19 Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: minim 97% - Da ,Testare nazofaringe 97.6%, Testare orofaringe - 98% - instrucțiune de utilizare - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Da, instrucțiunea de utilizare Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene.- Da Poate fi depozitat la temperatura camerei- Da, 2- 30 C -Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. - Da -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Da, Specificitatea diagnosticului (97 – 100%) - Da, Testare nazofaringe 99.9%, Testare orofaringe - >99,9%) - instrucțiune de utilizare Ambalarea până la 25 teste în Cutie - Da	Declaratie de conformitate, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2