

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21061899, din 28/10/2022					Data: 28/10/2022	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023					Lot: 2; 8; 9; 10;	Pagina 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 2	Proteza de sold totala necimentata tip 1						
2.1	TUA	VarioLoc Stem, TPS Coating Variante STD A1101-0-1075 A1101-0-1090 A1101-0-1100 A1101-0-1110 A1101-0-1125 A1101-0-1135 A1101-0-1150 A1101-0-1160 A1101-0-1175 A1101-0-1200 Variante LAT A1101-0-2075 A1101-0-2090 A1101-0-2100 A1101-0-2110 A1101-0-2125 A1101-0-2135 A1101-0-2150 A1101-0-2160 A1101-0-2175 A1101-0-2200	Germania	aap Joints GmbH	TUA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	TUA Confecționata din aliaj de titan. -Corespunde Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; -Corespunde Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; -Corespunde Varianta de offset standard si offset lateralizat; -Corespunde Con 12/14 mm; -Corespunde Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; -Corespunde Fara coleret; -Corespunde Sa fie sterilă; -Corespunde - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -Corespunde	ISO, CE
2.2	CUPA	VarioCup, TPS Coating, Three-hole A1402-0-2042 A1402-0-2044 A1402-0-2046 A1402-0-2048 A1402-0-2050 A1402-0-2052 A1402-0-2054 A1402-0-2056 A1402-0-2058 A1402-0-2060 A1402-0-2062 A1402-0-2064 A1402-0-2066 A1402-0-2068	Germania	aap Joints GmbH	CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	CUPA Confecționată din aliaj de titan; -Corespunde Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); -Corespunde Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; -Corespunde Diametre externe prezente in minim 14 dimensiuni; -Corespunde Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; -Corespunde Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; -Corespunde. Suruburi sunt incluse conform cerintelor. (Cancellous Bone Screw, Diametrul Ø6.5 x Lungimea: 15 - 70 mm, cu pas 5 mm) Sa fie sterilă; -Corespunde - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul -Corespunde	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.3	INSERT	VarioCup Insert, Highly Crosslinked UHMWPE A1403-2-2842 A1403-2-2844 A1403-2-2846 A1403-2-2848 A1403-2-2850 A1403-2-2854 A1403-2-2858 A1403-2-2862 A1403-2-3248 A1403-2-3250 A1403-2-3254 A1403-2-3258 A1403-2-3262 A1403-3-2842 A1403-3-2844 A1403-3-2846 A1403-3-2848 A1403-3-2850 A1403-3-2854 A1403-3-2858 A1403-3-2862 A1403-3-3248 A1403-3-3250 A1403-3-3254 A1403-3-3258 A1403-3-3262	Germania	aap Joints GmbH	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); -Corespunde Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; -Corespunde Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; -Corespunde Sa fie steril; -Corespunde - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -Corespunde	ISO, CE
2.4	CAP	Femoral Head, CoCrMo A1100-9-2801 A1100-9-2802 A1100-9-2803 A1100-9-2804 A1100-9-2805 A1100-9-3201 A1100-9-3202 A1100-9-3203 A1100-9-3204 A1100-9-3205	Germania	aap Joints GmbH	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); -Corespunde Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; -Corespunde Con 12/14 mm; -Corespunde Cel putin 4 dimensiuni de lungime; -Corespunde Sa fie steril; -Corespunde - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -Corespunde	ISO, CE
2.5	Set de instrumente gratuit în folosință	VarioLoc Femoral Instrument List VarioCup Acetabular Instrument List	Germania	aap Joints GmbH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	ISO, CE
2.6	Motor oscilant gratis în folosință	NS-1511 ND-2511	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.7	Lamele pentru motor	Saw Blades	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	ISO, CE
LOT 8	Ciment ortopedic fără antibiotic	Cemex® RX (1200/A) Înregistrat în reg. de stat al Disp. Med.: DM000343441	Italia	TECRES	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscositate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscositate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Corespunde	ISO, CE
LOT 9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Cemex® Genta ID Green (12A2420) Înregistrat în reg. de stat al Disp. Med.: DM000343487	Italia	TECRES	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Corespunde	ISO, CE
LOT 10	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Cemex® System Genta ID Green 70g (13A2420) Înregistrat în reg. de stat al Disp. Med.: DM000343492	Italia	TECRES	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. - Sa contina Gentamicina. Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartridjul preîmplut cu ciment în care se mixează; -Să prezinte pompa vaacum ; -Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina minim 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. - Sa contina Gentamicina. Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartridjul preîmplut cu ciment în care se mixează; -Să prezinte pompa vaacum ; -Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Corespunde	ISO, CE

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova