

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754391537646 din 20.08.2025

Obiectul de achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb, consumabilelor și accesoriilor la dispozitive medicale, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025

Cod CPV	Nr . Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standa rd
34900 000-6	1	Piese generator la sistemul radiologic digital model Moviplan 800, Producător Villa Sistemi Medicales, Italia, Anul producerii 2021	Anode Driver Board, EY200	Italia	VILLA SISTEMI MEDICALI s.p.a.	Anode Driver Board, EY200, P/n 454110647941 compatibil cu generator X ray High Voltage model G100NL-65F, la sistemul radiologic digital model Moviplan 800, Producător Villa Sistemi Medicales, Italia, Anul producerii 2021	Da, Anode Driver Board, EY200, P/n 454110647941 compatibil cu generator X ray High Voltage model G100NL-65F, la sistemul radiologic digital model Moviplan 800, Producător Villa Sistemi Medicales, Italia, Anul producerii 2021	CE, ISO
34900 000-6			CPU Board			CPU Board, P/n 454110648098 compatibil cu generator X ray High Voltage model G100NL-65F, la sistemul radiologic digital model Moviplan 800, Producător Villa Sistemi Medicales, Italia, Anul producerii 2021	Da, CPU Board, P/n 454110648098 compatibil cu generator X ray High Voltage model G100NL-65F, la sistemul radiologic digital model Moviplan 800, Producător Villa Sistemi Medicales, Italia, Anul producerii 2021	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist aciziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23