

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

NR licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1622534534295	Data: 12.06.2021 17:19 până la 08.07.2021 17:19	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021	Lot: 55	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
55								
55	33100000-1	Dispozitiv de reprocesarea automată a doua endoscoape cu uscarea canalelor	Advantage Plus	SUA	Medivators,	"Dispozitiv de reprocesarea automată a doua endoscoape cu uscarea canalelor Cod 290430 Descriere Concepute pentru curățarea (spalare) și sterilizarea chimică endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automatizat Parametru Specificația Configurație Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 2 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Controlul ermetizmului endoscopului ≤ 30 min. Curățare / Spalare Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de Curățare / Spalare da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii offerți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehide/aldehyde, chlorinedioxide) cu efect virucid, bactericid, fungicid, sporicid Reservor, l ≥ 15 litri Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție sau la începutul ciclului da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Stand pe roți da Autodezinfectare da Sistem de prefiltare și filtrare a apei min. 0,2 microni Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) da Să fie certificat după standardele de igienă: ISO 15883 da Accesorii și consumabile:	conform broșurei anexate și anexa Nr1	CE/ISO

					Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului Soluție de spălare (detergent) - recomandate de producator min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare/sterilizare - recomandate de producator min. 100 cicluri Impimanta pentru tichete de confirmare da Hirtie pentru imprimanta 5 buc. "		
--	--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: **“AG Medical”SRL**

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**

În calitate de: **administrator**