

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul raional Orhei

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764227473408 / 21514893 din 26.12.2025					LOT :4; 9	
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenții pentru analize de laborator și consumabile/piese de schimb pentru anul 2026						Pagina 1 din 4
Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 4 Teste rapide (metoda calitativă)						
4.1. Identificarea sangelui în mase fecale (sange ocult)	FOB - Cartus, nr.catalog TFO-402	China	ALLTEST	Cartuş, sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE	FOB - rapid test Cartuş , sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE. <i>Conform</i> Cerințelor generale pentru Lotul 4. CE 1272/2008 ; ISO 13485:2016 ; ISO 14971:2019 . Nr.inregistrarii la AMDM-DM000377344	ISO, CE.
4.2. Identificarea substanțelor narcotice în urina, 5-8 parametri	Multi-Drug 8 Caseta, nr.catalog DOA-185	China	ALLTEST	Cartuş, sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE	Multi-Drug 8 Drugs Rapid Test Cassette (Urine)COC300/ AMPIO OO/MET1000/THC50/MTD30 O/MDMA500/MOP3OO/BAR300 . <i>Conform Cerințelor generale pentru Lotul 4.</i> CE 1272/2008 ; ISO 13485:2016 ; ISO 14971:2019 .	ISO, CE.
LOT 9 Reagenți pentru analizatorul FIA Meter Plus (sistem închis)						
9.1. Vit D	Vit D test rapid cantitativ , nr.catalog W241P0002	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnc al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plasma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE	Vit.D - test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cârțusuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. Conform Cerințelor specifice pentru lotul 9:	ISO, CE. 
9.2. cTni	cTni test rapid cantitativ , nr.catalog W203	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnc al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat și EDTA pentru plasma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE.	cTni test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cârțusuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Conform Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrarii la AMDM-DM000372764	ISO, CE.
9.3. AFP	AFP test rapid cantitativ , nr.catalog W208	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnc al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plasma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE.	AFP test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cârțusuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrarii la AMDM-DM000372779	ISO, CE. 
9.4. PSA	PSA, test rapid cantitativ , nr.catalog W209	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnc al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plasma sau singe. Metoda imunofluorescentă.	PSA test cantitativ. Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cârțusuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i>	ISO, CE. 
9.5. CK-MB/cTnl/Myo, test cardiac cantitativ	CK-MB/cTnl/Myo, test cardiac cantitativ test rapid cantitativ , nr.catalog W216	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnc al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plasma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE	CK-MB/cTnl/Myo, test cardiac cantitativ. Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cârțusuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrarii la AMDM-DM000372763.	ISO, CE.

Nume: Varman Irina În calitate de: Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6. of.61
Semnat electronic