



# S.R.L. "Medlux Group"

MD-2028, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 23, of. 94 GSM: +37360861505,

e-mail: [medlux.group@gmail.com](mailto:medlux.group@gmail.com)

[valeriutugulea@yahoo.com](mailto:valeriutugulea@yahoo.com)

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
<b>Concentrator de oxigen</b>		<b>KSW-3</b>
<b>Cod</b>		
<b>Descriere</b>	Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.	
<b>Parametru</b>	<b>Specificatie</b>	
<b>Tip</b>	portabil pe 4 roţi	
<b>Concentrația O2 in fluxul produs</b>	≥ 90%	93 ±3%
<b>Reglarea concentrației de O2</b>	da	da
<b>Reglarea fluxului de O2</b>	1 - 5 L/min	0-5L
<b>Indicatorul fluxului</b>	grafic/numeric	grafic
<b>Nivelul zgomotului produs</b>	≤ 50 dB	≤48 dB
<b>Display grafic (afişaj parametri de lucru)</b>	LED, LCD	LCD
<b>Prezența filtrelor de particole aeriene</b>	praf, bacteriene, HEPA, etc	praf, bacteriene,
<b>Ieşiri pentru tubul de O2</b>	minim 1	1
<b>Alarmer vizuale dacă concentrația O2 ≤ 82%</b>	da	da
<b>Alarmer sonore dacă fluxul este redus</b>	da	da
<b>Devier la concentrația de O2</b>	±3%	±3
<b>Borcan de umidificare a O2</b>	1 buc.	1
<b>Mască facială</b>	2 buc.	2
<b>Canulă nazală</b>	2 set.	2
<b>Filtru de particole aerian, rezervă</b>	1 buc.	1
<b>Alimentare</b>	220 V 50 Hz	220 V, 50 Hz