

PROCES-VERBAL

al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice al IMSP Spitalul Raional Nisporeni

28.07.2026

La ședința grupului de lucru al IMSP SR Nisporeni au participat:

Ina Sclifos	Director IMSP SR Nisporeni
Alexandru Ciuș	Vicedirector medical al IMSP SR Nisporeni
Lidia Popov	Contabil șef
Rodica Prodan	Economist șef
Nina Ionița	Membru consiliul administrativ, reprezentantul colectivului de muncă
Tatiana Budăianu	Șef SRU
Ecaterina Sterpu	Jurist
Nadejda Ulinici	Șef secție consultativă
Elena Sturzu	Președintele OSP

ORDINEA DE ZI:

Examinarea necesității și aprobarea achiziționării unui cablu ECG cu 10 fire pentru dispozitivul medical Holter ECG BTL, necesar efectuării investigației „Monitoringul ambulatoriu multifuncțional – ECG 12 derivații”.

S-A EXAMINAT:

1. Demersul bioinginerului medical, la solicitarea medicului diagnostic funcțional, pentru efectuarea investigației „Monitoringul ambulatoriu multifuncțional – ECG 12 derivații” este necesar un cablu ECG cu 10 fire, compatibil cu dispozitivul medical Holter ECG BTL.
2. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
3. Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 privind achizițiile publice de valoare mică.
4. Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 privind activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.
5. Ordinul IMSP SR Nisporeni nr.2A Cu privire la formarea grupurilor de lucru și activitatea acestora în anul 2026 (cu modificările ulterioare).

S-A CONSTATAT:

În cadrul Secției Consultative, Cabinetul Diagnostic funcțional al IMSP Spitalul Raional Nisporeni este utilizat dispozitivul medical Holter ECG BTL, instalat în instituție la data de 21.12.2018, destinat efectuării investigațiilor de monitorizare electrocardiografică ambulatorie. Cablul ECG existent este utilizat în mod frecvent în procesul de efectuare a investigațiilor medicale și este supus dezinfectării după fiecare utilizare, în conformitate cu cerințele privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale. Ca urmare a utilizării frecvente și a dezinfectării repetate, cablul existent prezintă deteriorări fizice, fapt care impune înlocuirea acestuia pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în condiții de siguranță a dispozitivului medical. Cablul ECG constituie un element funcțional necesar pentru conectarea pacientului la dispozitivul Holter ECG BTL și pentru realizarea corespunzătoare a înregistrării semnalului electrocardiografic. În lipsa unui cablu funcțional și compatibil, utilizarea dispozitivului pentru efectuarea investigației respective poate fi împiedicată sau compromisă. Menținerea în exploatare a unui cablu deteriorat poate afecta calitatea și stabilitatea semnalului electrocardiografic înregistrat și poate determina obținerea unor rezultate necorespunzătoare ale investigației, ceea ce poate impune repetarea acesteia și poate afecta eficiența procesului de diagnostic. Necesitatea înlocuirii cablului existent este determinată de uzura și deteriorarea fizică a acestuia, survenite în procesul normal și frecvent de utilizare, și nu de extinderea nejustificată a dotării instituției. Achiziționarea unui cablu ECG nou, compatibil cu

dispozitivul medical Holter ECG BTL, este necesară pentru menținerea funcționalității echipamentului și asigurarea continuității investigațiilor diagnostice prestate în cadrul Cabinetului Diagnostic funcțional. Asigurarea funcționării corespunzătoare a dispozitivului medical este necesară pentru desfășurarea activității medicale în condiții adecvate, evitarea întreruperii serviciilor de diagnostic și utilizarea eficientă a echipamentului existent în patrimoniul instituției.

S-A DECIS:

1. A se aproba necesitatea achiziționării unui cablu ECG cu 10 fire, compatibil cu dispozitivul medical Holter ECG BTL, utilizat în cadrul Secției Consultative, Cabinetul Diagnostic funcțional al IMSP Spitalul Raional Nisporeni.
2. Se constată că achiziționarea cablului este necesară pentru asigurarea funcționalității corespunzătoare a dispozitivului medical și pentru efectuarea investigației „Monitoringul ambulatoriu multifuncțional – ECG 12 derivații”, deoarece înlocuirea cablului existent este justificată prin deteriorarea fizică a acestuia ca urmare a utilizării frecvente și a dezinfectării repetate după fiecare utilizare, în condițiile desfășurării activității medicale.
3. Se dispune inițierea procedurii de achiziționare a cablului ECG cu 10 fire, cu respectarea cerințelor privind compatibilitatea tehnică cu dispozitivul medical Holter ECG BTL și a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

Propunerea a fost supusă votului

S-a votat „pro” – unanim

Semnăturile membrilor grupului de lucru pentru achiziții:

Președintele grupului de lucru	Ina Sclifos	_____
Membrul al grupului de lucru	Alexandru Ciuș	_____
Membrul al grupului de lucru	Nadejda Ulinici	_____
Membru al grupului de lucru	Lidia Popov	_____
Membru al grupului de lucru	Rodica Prodan	_____
Membru al grupului de lucru	Tatiana Budăianu	_____
Membru al grupului de lucru	Ecaterina Sterpu	_____
Membru al grupului de lucru	Nina Ionița	_____
Membru al grupului de lucru	Elena Sturzu	_____