

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1657095562270 / 21059533 din: 06.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Cement ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare	conform catalogului	Brazilia	3R_Industria / Microdont	Raportul pudră/lichid (g/g): 3,6/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de lucru (23°C/73°F): min. 2 sec. Timp de priză net (37°C/99°F): min. 2,20 sec. Depozitare la temperatură de 4-25°C 39,2-77,0°F. Ambalare: pachet 1-1: 15g pudră, 8g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de 15g pudră cu măsură. Sticlă de 8g (6,4 ml) lichid.	Raportul pudră/lichid (g/g): 3,6/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de lucru (23°C/73°F): min. 2 sec. Timp de priză net (37°C/99°F): min. 2,20 sec. Depozitare la temperatură de 4-25°C 39,2-77,0°F. Ambalare: pachet 1-1: 15g pudră, 8g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de 15g pudră cu măsură. Sticlă de 8g (6,4 ml) lichid.	CE / ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301