

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1579778150647				Data: 30.01.2020.	Alternativa nr
Denumirea licitației:		Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical (de autoclavare, de termodezinfecție, mașină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf)				Lot:1	Pagina: 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului			Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1	50400000-9	Servicii de întreținere(reparație) a utilajului medical (autoclavare, de termodezinfecție,mașină de spălat instrumente,de împachetare, electrocardiograf)	Serviciu	Serviciu	Serviciu	Conform anexei nr.1	
1.1	50400000-9	Autoclav –Euroclav 23 S,	23S				Se va efectua testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna ci filtrele interne.
1.2	50400000-9	Masina de spalat instrumente	MELACLEAN				Se va efectua profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne
1.3	50400000-9	Autoclav – Euroclav23VS	3VS				Se va efectua testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna ci filtrele interne.

1.4	50400000-9	Masina p-ru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale	Melaseal				Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul.
1.5	50400000-9	Electrocardiograf	BTLO8-SD3				Se va verifica cablul p-ru pacient,cantitatea semnalului,programul de lucru(softul).
1.6	50400000-9	Aparat pentru drenaj limfatic BTL	Lymphastim6000Top Line				Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru(softul).
1.7	50400000-9	Autoclav	HS33				Se va efectua testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa/aer, se va verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.
1.8	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie	WD15				Se va efectua profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa, se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.
1.9	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie	Melatherm				Se va efectua profilaxia conductelor electrice si cele p-ru apa, se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.
1.10	50400000-9	Autoclav-Cliniklav	25				Se va efectua testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele si cele p-ru apa/aer, se va verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.
1.11	50400000-9	Combina	BTL5816SLM				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.12	50400000-9	Aparat Limfodrenare	BTL-6000				Se verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.

1.13	50400000-9	Combina	BTL-4800LM2				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.14	50400000-9	Combina	BTL5000SW T				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.15	50400000-9	Terapie microunde	BTL-21				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.16	50400000-9	Combina	BTL5816SLM				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.17	50400000-9	Combina	BTL4810S				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.18	50400000-9	Combina	BTL4000				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.19	50400000-9	Combina	6000SWT				Se va verifica cablul p-ru pacient si programul de lucru.
1.20	50400000-9	Piese de schimb					Piesele de schimb vor fi achizitionate in cazul defectarii utilajelor, in dependenta de necesitatile reale, in valoare de 40000.00 lei cu TVA, la contractul incheiat cu ofertantul castigator.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6