

Certificado de Análisis *Certificate of Analysis*

Producto <i>Product</i>	INGEZIM PPA COMPAC
Referencia <i>Reference</i>	1.1.PPA.K3
Nº DE LOTE <i>Batch n</i>	011019
Fecha de caducidad <i>Expiry date</i>	04-2021

INGENASA certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.
INGENASA certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD *QUALITY CONTROL*

DO ± σ

Valor de D.O. del suero Control Positivo <i>O.D. Value of the Positive Control serum</i>	0,104 ± 0,005
Valor de D.O. del suero Control Negativo <i>O.D. Value of the Negative Control serum</i>	1,300 ± 0,027

FIRMA *SIGNED*




CARGO *TITLE*

Responsable de Fabricación
Manufacturing Manager

Responsable de Control de Calidad
Quality Assurance Supervisor

FECHA *DATE*

14.10.2019

15/10/2019

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.

INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A.
 C/ Hnos. García Noblejas, 39
 28037- MADRID (SPAIN)
 Tlf: +34 91368.05.01/04
 Fax: +34 91 408.75.98
ingenasa@ingenasa.es www.ingenasa.es