

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:			ocds-b3wdp1-MD-1723111347155 / 21267408 din 12.09.2024						Lot.8-Lot 10		
Denumirea procedurii de achiziție:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 11)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziții	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33100000-1	Lotul nr. 8 - Lot nr. 10 Glucometru (caracteristici de bază) 151200	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem; HT-100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	Tyson Byo	Cod 151200 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)" obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu	Cod 151200 Glucometru HT100 (caracteristici de bază) : Descriere Analizatorului HT100 de glicemie: mobil (portabil) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță și spitale. Parametru Specificatia : Electrochimică - Da Tip probă: Sânge integral venos și capilar;- Brosura Volumul minimal al probei - 0.7 µL Brosura Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L; Brosura Gama hematocritului 0-70 % ; Brosura Timpul de măsurare - mai mic de 5 secunde; Ecran LCD - DA Calibrarea automată - DA Oprire automată - DA Memoria numărul de teste - 500 Posibilitatea conectării la PC pentru salvarea / transferarea rezultatelor - Manual de utilizare în limba romana pag.8 Data/ora și rezultatul probei - Da Baterie internă - 1 buc. Autonomie de la baterie - 1000 teste ; Indicator baterie descărcată - DA Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei - DA Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului sunt compatibile - Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)- DA Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere - DA Ace sterile de unică utilizare - Teste HT-100 400 buc (incluse) - termenul de valabilitatea min. 18 luni - 400 buc (include- Set a câte 50 teste) - Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377194 ;	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; https://www.tysonbio.com/tyson-edm/ht100.html Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377194 ; Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195  		

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev, 6
semnat electron