

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746006916438 din 30.04.2025
Obiectul achiziției: Privind achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
10. Senzor de O2: 0230009 (Type: KE25 cpl. (leaded) sau 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat în modulul de pacient (MLF-42HL)	Sensor de oxygen , type MLF-80HL pentru Leoni Plus	Germania	Lowenstein Medical	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Sensor de oxygen , type MLF-80HL pentru Leoni Plus PN 0217031-v11	CE

Semnat: electronic

Numele, prenumele: Cobîlețchi Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Jako Life Clinic Adresa: Mun. Chisinau, bd. G.VIERU 22/1 of 60

05.05.2025