

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6 8,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760537753435 15.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Hotă cu flux laminar) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.28)

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului oferat	Țara de origine	Produs or	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referinta
1	2			3	4	5	6	7	8
3310 0000 -1 - Echi pam ente medicale	Lot nr. 1 - Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	11231BBC 86 (220V) Standard with base	CHINA	BIOBASE GROUP	Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate.	Descriere: Dulap biologic de siguranță clasa II, folosita pentru ventilare în laboratorul clinic. Se exclude clasa I, clasa a III, și hotele cu flux orizontal, precum și hotele chimice și debitul de aer laminar, banci curate.	CF BROSURA LOT 1- PAG 1

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Produs or	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
							Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2	Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2	Pag 1
							Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat	Controlul este realizat automat cu ajutorul unui microprocesor, prin intermediul unui senzor volumetric care monitorizează fluxul de aer epuizat.	Pag 1
							control automat al volumului de flux prezentat	Se realizează controlul automat al volumului de flux prezentat	Pag 1
							Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic	Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic,	Pag 1
							Filtre HEPA sau ULPA	Filtre HEPA	Pag 1
							Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4	Se livrează cu prefiltru ce are o eficiență de 85 %, pentru particule de 0.5 microni, clasa G4	inclus
							Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux	Lumina interioară, lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux	Pag 1

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Nr. Lot	Denumire LOT	Denumire pozitie	Modelul articolului ofertat	Țara de origine	Produs or	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referinta
							lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală	Doua lampi UV pentru sterilizare, una dintre ele este fixată în vitrina frontală	Pag 1
							Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$	Nivelul de zgomot $\leq 65\text{ dB}$	Pag 1
							Afișaj digital	Afișaj digital	Pag 1
							Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz	Alimentarea $220\text{V} \pm 10\%$, $50/60\text{ Hz}$	Pag 1
							Alarmer Acustică Vizuală	Are alarma acustica si vizuala	Pag 1
							Set de livrare Hota cu filtre	Set de livrare: hota cu flux laminar se livreaza cu set de filtre incluse	Pag 1
							Lampă de iluminare	Are doua lampi de iluminare	Pag 1
							lampă UV	Are doua lampi UV	Pag 1
							suport pentru amplasarea hotei	Hota se livreaza cu suport.	Inclus
							robinet pentru vacuum	Hota se livreaza cu robinet pentru vaccum	Inclus
							robinet pentru gaze	Hota se livreaza cu robinet pentru gaze	Inclus

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator

Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău

Tel/Mob: +37360999911 Data: 23.10.2025