



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Oxana Tcacenco Telefonul de contact 067493406E-mail achizitii@ansp.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1721287026940 din 15.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33190000-8	Lot 3 Electrozi pentru măsurare pH-ul a mediilor nutritive solide (Flat Bottom pH Electrode) compatibil pentru pH-metru Inolab pH Level	662-1318, SenTix® Sur	Germania	VWR/WTW	Electrod de pH cu fund plat pentru măsurarea precisă a pH-ului mediului de cultură agarizat și repartizat în cutiile Petri /flacoane, precum și pentru probe de laborator. Furnizat cu un corp epoxidic durabil, cu modele de referință sigilate umplute cu gel. Electrode trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab ph Level 1 Temp de răspuns: 95% < 1 secundă Interval pH: 0 - 14 pH Interval de temperatură: 0 - 100°C Interval de presiune: până la 7 bar Lungime:122 mm, diametru: 12mm WTW - pH surface measurement with SenTix® Sur order nr. 103646. Electrode trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab (AS/DIN Cable) DIN+banana în conformitate cu DIN __ Fișă (штекеп) coaxială conform DIN 19262	Electrod de pH cu fund plat pentru măsurarea precisă a pH-ului mediului de cultură agarizat și repartizat în cutiile Petri /flacoane, precum și pentru probe de laborator. Furnizat cu un corp epoxidic durabil, cu modele de referință sigilate umplute cu gel. Electrode trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab ph Level 1 Temp de răspuns: 95% < 1 secundă Interval pH: 0 - 14 pH Interval de temperatură: 0 - 100°C Interval de presiune: până la 7 bar. Lungime:122 mm, diametru: 12mm WTW - pH surface measurement with SenTix® Sur order nr. 103646. Electrode trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab (AS/DIN Cable) DIN+banana în conformitate cu DIN __ Fișă (штекеп) coaxială conform DIN 19262. Termenul de garanție 24 luni	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	33190000-8	Lot 3 Electrozi pentru măsurare pH-ul a mediilor nutritive solide (Flat Bottom pH Electrode) compatibil pentru pH-metru	Buc	1	9,898.0000	11,877.6000	9,898.00	11,877.60	în termen de max 60 zile din data înregistrării contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							9,898.00	11,877.60	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu