

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1678455040164](#)

Denumirea procedurii de achiziție **Lucrări de reparație cu piese la dispozitivul medical Air Liquide Monnal T75**

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparație cu piese incluse, pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75	Monnal T75	Franta	AirLiquide	Servicii de reparație a dispozitivului defect. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Schimbarea pieselor defecte, eliminare erori de operare. Eliberarea rapoartelor de reparație. Lista de pieselor defecte necesare pentru reparație: - Senzor de flux tip nou compatibil cu (PN: KY732526) pentru ventilator pulmonar Monnal T75- 5 buc - Senzor de presiune O2 compatibil cu (PN: KY635100) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 – 2 buc - Valva proportional (PN: KY634900) pentru ventilator pulmonar Monnal T75-2 buc	Servicii de reparație a dispozitivului defect. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Schimbarea pieselor defecte, eliminare erori de operare. Eliberarea rapoartelor de reparație. Lista de pieselor defecte necesare pentru reparație: - Senzor de flux tip nou compatibil cu (PN: KY732526) pentru ventilator pulmonar Monnal T75- 5 buc - Senzor de presiune O2 compatibil cu (PN: KY635100) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 – 2 buc	CE

				• SOLENOID VALVE UNIT (PN: KY560500) pentru ventilator pulmonar Monnal T75- 2 buc	• Valva proportional (PN: KY634900) pentru ventilator pulmonar Monnal T75-2 buc • SOLENOID VALVE UNIT (PN: KY560500) pentru ventilator pulmonar Monnal T75- 2 buc ➤ Kit-ul de mentenanta KY325558 ➤ Set de filtre KY732609	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău