

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1664979956908 din 14.11.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată de Consumabile pentru Dispozitive Medicale de tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	Bucată	15	106,70	128,04	1600,50	1920,60	"Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31	
30	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m	Bucată	157	213,40	256,08	33503,80	40204,56		
31	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m	Bucată	137	321,00	385,20	43977,00	52772,40		
32	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m	Bucată	118	427,00	512,40	50386,00	60463,20		
33	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	196	534,00	640,80	104664,00	125596,80		
34	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	171	642,00	770,40	109782,00	131738,40		
35	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	Bucată	19	749,00	898,80	14231,00	17077,20		
36	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m	Bucată	6	859,00	1030,80	5154,00	6184,80		
37	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m	Bucată	29	969,00	1162,80	28101,00	33721,20		
38	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m	Bucată	18	160,00	192,00	2880,00	3456,00		
42	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern	Test	4000	0,09999	0,11	399,96	431,96		
44	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Test	2000	0,19	0,21	380,00	410,40		
45	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Test	1000	0,19	0,21	190,00	205,20		
48	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	32000	0,09999	0,11	3199,68	3455,65		
51	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	422000	0,09999	0,11	42195,78	45571,44		

52	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	189500	0,09999	0,11	18948,11	20463,95	decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. "	
55	Test-indicator sterilizare 132°	Test	2000	0,09999	0,11	199,98	215,98		
65	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Test	295000	0,09999	0,11	29497,05	31856,81		
66	Test-indicator sterilizare 180° intern	Test	146240	0,09999	0,11	14622,54	15792,34		
	TOTAL					547 885,99	639 030,39		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1664979956908 din 14.11.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea centralizată de Consumabile pentru Dispozitive Medicale de tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
29	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m	Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m. Prețul oferit este pentru 100m, dar va fi livrat în rulou de 200 m (1m=1,067 lei fără TVA). 1 rulou 10x200=2 rulouri 10x100.	CE/ISO
30	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărima 100mm x 200m	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hârtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hârtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
31	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărima 150mm x 200m	DSR15200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hârtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hârtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
32	Pungi sterilizare articolelor medicale	DSR20200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.	Rolă din hârtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru	Rolă din hârtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea	

	Mărimea 200mm x 200m			TIC.LTD.STI.	vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	
33	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	DSR252 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
34	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	DSR302 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
35	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	DSR352 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit	CE/ISO

					rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	
36	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m	DSR40200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hârtie măř.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hârtie măř.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
37	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m	DSR50200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hârtie măř.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hârtie măř.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	CE/ISO
38	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m	DSR75200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă din hârtie măř.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat	Rolă din hârtie măř.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12	CE/ISO

					după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	luni. Bucată=O rolă	
42	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern	STERIL AN UP 120/20, intern	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
44	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	FTM Steriway	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
45	Test-indicator sterilizare 121/15 min	FTM Steriway	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
48	Test-indicator sterilizare 121/ 20 min	STERIL AN 121/20 min	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
51	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	STERIL AN UP, 132°/ 20 min intern	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
52	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	STERIL AN, 132° / 20 min extern	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni,	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni,	CE/ISO

					instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
55	Test-indicator sterilizare 132°	FTM Steriway	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
65	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	STERIL AN, 180/60 extern	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
66	Test-indicator sterilizare 180° intern	STERIL AN UP, 180/60 intern	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**