

Anexa nr. 22 Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1744877607033 / 21408353	Data: 20.06.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină Urgentă	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		8
3310 0000 -1	1	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla	Fabius MRI	Germania	Dräger-werk AG & Co. KGaA	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică. Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Display color Prize de gaz O2, Aer Debitmetre gaz O2, Aer Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarmer vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla Descriere: Mașina de anestezie Workstations Dräger Fabius® MRI este destinată să livreze, cu monitorizarea gazelor anestezice pe monitorul pacientului și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică Da, pag.1,2 fișa tehnică Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Display color Da, pag.1,2 fișa tehnică Prize de gaz O2, Aer Debitmetre gaz O2, Aer Da, pag.1,2 fișa tehnică, pag.24-25 manualul utilizatorului Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Da, pag.1, 6 fișa tehnică Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Da, pag.1,2 fișa tehnică Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Da, pag.2 fișa tehnică Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarmer vizuale și sonore – da Da, pag.4-5 broșura, pag.1-2 fișa tehnică, pag.32 din manualul utilizatorului Ventilator automat: Tip pacient adult Da, pag.3 din broșură, pag.71, 72 din manualul utilizatorului Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan Da, pag.6 fișa tehnică	Registru de stat: DM000 274398

					Flowmetru auxiliar O2 / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 1 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc.	Flowmetru auxiliar O2 / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Da, pag.1 fișa tehnică, pag.29 manualul utilizatorului Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Da, pag.6 fișa tehnică Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Da, pag.85-87 manualul utilizatorului Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Da, pag.1 fișa tehnică Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag.6 fișa tehnică Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Da, pag.6 fișa tehnică Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Da, pag.6 fișa tehnică Sertar pentru depozitare ≥ 1 buc Da, pag.1 fișa tehnică – 3 sertare Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Da, pag.189 manualul utilizatorului Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Da, M35497 AIR CS hose, 5 m, NIST, DIN Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Da, M35491 O2 CS hose, 5 m, NIST, DIN Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Da, M33299+G60495 - AGS hose, 5 m +AGS wall plug, 45°, DIN EN Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Da, M30146 BlueSet Anesthesia (P/A), cu suplimente – 3 seturi Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Da, MP20020 SelfTestLung – 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. Da, MK01900 Flow sensor SpiroLife®, PPSU, sterilisable, 1 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Da, MP05755 Filter CareStar 35 Plus – 100 buc.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14, P. 3.	Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Da, Declaration of Compatibility HD101-004-1507-141-0 Manual de utilizator în limba română și engleză Da, vor fi prezentate la livrare Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14, P.3. Da, vor fi prezentate la livrare	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iurchevici Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: "ECHIPAMED - PLUS" SRL

Adresa: str.Valea Trandafirilor 24"B"