

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1678893907083 din 17.04.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 14 Lampa pentru examinare, brat articulată	Lampa pentru examinare, brat articulată Model: L 511120A	Germania	Provita medical gmbh&co.kg	Lampă pentru examinare, braț articulată Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz Dimensiunea câmpului luminos ≥ 200 mm focusabil Indexul de culoare, $R_a \geq 95$ Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulată da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 60 000 lux Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii da Altele: Garanție ≥ 2 ani	Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil S1. Da, lampa de examinare are brat articulată și este montată pe un stand mobil. Alimentare S2. Da, alimentarea lămpii se face la 100 – 240 V AC, 50-60 Hz. Dimensiunea câmpului luminos S3. Da, diametrul câmpului luminos D10 este de 17 cm la 1 m, 160 mm la distanța de 1,2 m și respectiv, 200 mm la distanța de 1,2 m. S4. Da, farul luminos poate fi rotit și focusat. Indexul de culoare S5. Superior, indicele de culoare $R_a > 94$. Temperatura culorii S6. Da, temperaturii culorii este de aproximativ 4,500 K . Ajustarea intensității luminii S7. Da, intensitatea luminoasă poate fi ajustată prin intermediul unui dimmer cu 4 trepte. Cu înălțime reglabilă S8. Da, lampa de examinare are înălțime reglabilă: 1570 mm la care se adaugă înălțimea brațului de 950 mm. Distanța de lucru S9. Superior, distanța de lucru a lămpii este de 727 –1690 mm. cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală. Suport S10. Da, suportul lămpii este cu acoperire	Declaration of conformity notificare AMDM din 11.04.2023 nr DR6376

				Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc.	anticorozivă și este reglabil pe verticală. Baza S11. Da, baza stândului este cu acoperire anticorozivă și este fromată din 5 roți. Tehnologia S12. Superior, tehnologia de iluminare cu putere mare tip OSRAM-LED Timpul de viață a LED-urilor S13. Da, durata de viață a sursei de lumină este de aproximativ 50.000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos S14. Da, creșterea temperaturii în camp luminos este mai mica de 1°. Braț articulat S15. Da, lampa este dotată cu brat articulat de tip cardanic Nivelul de iluminare la distanță S16. Superior, nivelul de iluminare al lămpii la distanța de 1 m este de aproximativ 80.000 lux Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii S17. Superior, lampa dispune de mîner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii. Acest mîner este detașabil și sterilizabil.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aelo Grup” SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5, ap (of)3