

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21162823 Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1706644942619 din 18.03.2024	
Obiectul achiziției:	Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 3. Sigilator medical automat pentru pungi sterile	Sealer Taurus	Italia	Guarisco Medical Sterilizer S.r.l.	Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 3	Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 3	Declarație de conformitate
Lot 4. Cărucior medical	MAM-2135	Turcia	Mixta S.r.l.	Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 4	Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 4	Declarație de conformitate

Notă: Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2.

Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2. este parte integrantă a propunerii tehnice.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ioan-Răzvan Cârstocea** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **ÎCS Eyecon Medical SRL** Adresa: **Piața D. Cantemir 1, mun. Chișinău, MD-2069**

Anexa 3

Achiziție Sigilator medical automat pentru pungi sterile

Lista cerințelor și specificațiilor

Sigilator medical automat pentru pungi sterile					
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE					
Parametrii			Specificație minimă așteptată	Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant)	Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
1	Nume generic	Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile		Sealer Taurus	
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE					
2	CADRU, CORP	Versiune compactă, de masă	da	DA	
3	DATE	Data sigiliului, data expirării, numărul lotului și codul operatorului pot fi imprimate	da	DA	pag. 13, 14 "User Manual Taurus"
		Alimentare automată, tăiere și etanșare	da	DA	pag. 27 "User Manual Taurus"
		Control automat al temperaturii cu un punct de referință reglabil al temperaturii	da	DA	pag. 7, 15 "User Manual Taurus" punct 8
		Tăierea și sigilarea pungilor din hârtie-plastic pot fi realizate separat sau în același timp	da	DA, separat	pag. 7, 27 "User Manual Taurus"
		posibilitatea de a încărca în mașină mai multe role de pungi de hârtie-plastic cu lățimi diferite în același timp pentru a îmbunătăți eficiența de lucru prin tăierea marginilor simultan	da	DA	pag. 27 "User Manual Taurus"
		50 - 1000 mm lungime reglabila a mulinetei (reel)	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
		Marja de etanșare: 0 -35 mm, ±5mm, reglabilă	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
		Precizia controlului temperaturii: 1°C	da	DA	
		Lățimea maximă de etanșare 400 mm	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
		Temperatura de etanșare Min.: 60 °C Max.: 220 °C	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
		Viteza de etanșare minimă 8000 mm/min	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
		Tip de etanșare - Căldură constantă	da	DA	pag. 7 "User Manual Taurus"
CARACTERISTICI ELECTRICE					
4	electric	220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
electronice					
5	electronice	Ecran LCD de minim 4 inchi	da	DA	pag. 6 "User Manual Taurus"
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE					
6	Accesorii/ piese de schimb	tavă suport frontală (inclusă)	1	DA	
		suport role cu dispozitiv de tăiere (ca accesoriu separat sau ca componentă integrată în dispozitivul de bază)	1	DA, separat	
		Rola sterilizare autoclav 100 mm x 200 m	4	DA	
		Rola sterilizare autoclav 150 mm x 200 m	2	DA	
		Rola sterilizare autoclav 250 mm x 200 m	2	DA	
		Rola sterilizare autoclav 350 mm x 200 m	2	DA	
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE					
7	Transport	Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală	da	DA	
8	Instalare	Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni	da	DA	

GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE					
9	Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb)	minim 24 luni	da	DA	
DOCUMENTAȚIE					
10	Cerințe de documentare	Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.	da	DA	
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE					
11	Standarde pentru producător	toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. DIN 58953	Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică.	DA	

Anexa 4

Achizitie cărucior medical

Lista cerințelor și specificațiilor

Cărucior medical					
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE					
Parametrii			Specificație minimă așteptată	Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant)	Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
1	Nume generic	căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare.		MAM-2135	
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE					
2	CADRU, CORP	design deschis	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
3	DATE	Oțel inoxidabil de calitate 304	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
		marginii / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
		Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
		Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare.	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
		Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg	da	DA	"MAM-2135 Brochure"
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE					
4	Transport	Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală	da	DA	
5	Instalare	Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni	da	DA	
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE					
6	Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb)	minim 24 de luni	da	DA	
DOCUMENTAȚIE					
7	Cerințe de documentare	Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.	necesar	DA	
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE					
8	Standarde pentru producător	1. Certificat/declarație de conofmritate CE. Pentru producătorii autohtoni: - 1. ISO 9001/13485, 2. Aviz sanitar pentru materia primă (emisă de ANSP), Încercări de laborator emise de un laborator acreditat MOLDAC.	Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică	DA	