

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1639041650289
Obiectul achiziției	Produce parafarmaceutice - 2022

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
71	71.Emplastru 5cmX5m	SD05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Emplastru în bandă 5cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	Emplastru în bandă 5cmx5m neșesut, transparent	CE, ISO
72	72.Emplastru 1,25cmX5m	SD05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Emplastru în bandă 1.25cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	Emplastru în bandă 1.25cmx5m neșesut, transparent	CE, ISO
77	77.Emplastru 6cmX10cm	SE10	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Emplastru 6X10cm, bactericid, hipoalergic pe suport textil	Emplastru 6X10cm, bactericid, hipoalergic pe suport textil, 10 buc/ambalaj	CE, ISO
80	80.Filtru pentru pacienti la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	MN 138-01	Turcia	MORTON MEDIKAL SAN. Ve TÎC. A.Ș.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O 25,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min 0,5cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate 9.5g, conexiune 15F, volumul Tidal 500ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Port p/proba de CO2. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	CE, ISO
82	82.Filtru p/u utilizare în anestezie sau în TI	MN 136	Turcia	MORTON MEDIKAL SAN. Ve TÎC. A.Ș.	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti- pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti- pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min 4,3cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate 19g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	CE, ISO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1639041650289
Obiectul achiziției	Produse parafarmaceutice - 2022

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
141	141.Scutice p/u maturi L	"Zollina L" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	Mărimea: L; Diametru taliei: 100-150cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Mărimea: L; Diametru taliei: 100-150cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	CE, ISO
142	142.Scutice p/u maturi M	"Zollina M" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	Mărimea M; Diametru taliei: 80-115cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Mărimea M; Diametru taliei: 80-115cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	CE, ISO
165	165.Set aspirație Yankauer	MN 302	Turcia	MORTON MEDIKAL SAN. Ve TIC. A.Ș.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril; Canula indoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril; Canula indoită cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	CE, ISO

Numele, Prenumele

Vlad Chitic

În calitate de

Director executiv

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

Adresa

sos. Muncesti 167/B, Chișinău

Contact

022-56-94-91, 022-55-64-38

Reprezentantul solicitantului

Telefonul solicitantului

E-mailul solicitantului

Semnatura

(electronica) ofertantului

Serviciul achizitii publice
022250809, 022250707
achizitii@urgenta.md