

Anexa tehnica. Lot 1

Parametri solicitati	Parametri oferiti
LOT1 Set de diagnostic	
Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examinate și reactive soluție substrat soluția de spălare concentrată până la 20x soluție stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căptușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001	Set de diagnostic care utilizeaza principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare pentru a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. 2 microplăci în set, din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat gata de utilizare, control pozitiv lichid, gata de utilizare control negativ lichid, gata de utilizare soluție de diluare pentru probe examinate și reactive soluție substrat soluția de spălare concentrată 10x soluție stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se face direct în placa căptușită. Setul este în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare: <i>The kit is approved by the Friedrich-Loeffler-Institute and licensed in accordance with § 11 (2) of the German Animal Health Act (FLI-B 435)</i> Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic va conține la livrare un certificat de analiza(exemplu atasat), care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător, în care vor fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001 Cod produs: FT274012, flocktype® AIV Ab Prodicator: INDICAL BIOSCIENCE GmbH