

ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Messenger 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 2240
pentru oxigen medicinal în stare gazoasă

Partida №: _____
Numărul cisternei _____
Masa netă _____


2812
HTK 5/0,25
4 but

№	Denumirea indicilor	Document normativ	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ în %, nu mai puțin de	99,5	99,75
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.0002
3	Concentrația de H ₂ în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.05
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Farmacist-diriginte: _____

Data: 29.12.2020



Laboratorul Secției de Producție