

		Specificații tehnice							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084						Data: 07.10.2024	
Denumirea licitației:		privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027						Lot:86	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	86	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	VivaChek Ino X, VGM49	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Glucometru (caracteristici de bază) □ Cod151200 Descriere"Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " ParametruSpecificația MetodaElectrochimică Tip probăCapilar Volumul minimal al probei≤0.7 µL Gama de măsurare1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului25-60 % Timpul de măsurare≤10 sec. Ecran LCDobligatoriu CalibrareaEără calibrare sau calibrare automată Oprire automatăobligatoriu Memoria numărul de teste≥300 Data/ora și rezultatul probeiobligatoriu Baterie internăobligatoriu Autonomie de la baterie≥700 teste Indicator baterie descărcatăobligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea baterieiobligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibileobligatoriu Baterie≥1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)"obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungereobligatoriu Ace sterile de unică utilizare≥400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni≥400 buc.	Glucometru (caracteristici de bază) □ Cod151200 Descriere"Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " ParametruSpecificația MetodaElectrochimică Tip probăCapilar Volumul minimal al probei≤0.7 µL Gama de măsurare1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului25-60 % Timpul de măsurare≤10 sec. Ecran LCDobligatoriu CalibrareaEără calibrare sau calibrare automată Oprire automatăobligatoriu Memoria numărul de teste≥300 Data/ora și rezultatul probeiobligatoriu Baterie internăobligatoriu Autonomie de la baterie≥700 teste Indicator baterie descărcatăobligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea baterieiobligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibileobligatoriu Baterie≥1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)"obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungereobligatoriu Ace sterile de unică utilizare≥400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni≥400 buc.	CE, ISO, DOC, DM000371922 DM000028943 DM000316393 DM000349484

Semnăt:	Numele, Prenumele: Șarco Alexandru	În calitate de: Director	
Ofertantul:	Adresa: mun.Chișinău,	or.Durlești	str.Durlești nr.4