

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1610626873778					Data: 20.01.2021		
Denumirea licitației: Achiziționarea bunurilor oftalmologice (conform specificației)						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	1. Refractometru automatizat	FA-6500	China	ARI	Conform anuntului de participare	Retractometru FA-6500 Sferă -20 ~ + 20D (VD = 12) 0.125D pas Cilindru -8 ~ + 8D 0.125D pas Axă 0 ~ 180 ° (pas 1 °) PD 45 ~ 88mm, pas de 1mm VD 0mm, 12mm, 13.75mm Dimensiunea minimă a elevului Ø2.0mm Keratometrie Raza de curbură 5.0 ~ 10mm (increment: 0.01mm) Puterea corneei 33,75 ~ 67,50 D (când indicele de refracție echivalent la colț este 1,337) (increment selectabil de la 0,12, 0,25D) Astigmatism cornean 0,0 ~ 8,00D (increment selectabil de la 0,12,0,25D) Axă 1 ~ 180 ° (increment: 1 °) Diametrul corneei 2.0 ~ 14.0mm (increment: 0.1mm) Memoria datelor 10 măsurați valoarea pentru fiecare ochi drept și stâng Raza de curbură 5.0 ~ 10mm (increment: 0.01mm) Alții Diagramă Urmăriți sistemul grafic colorat de ceață Afișa LCD TFT de 7 " Alimentare electrică 220V ± 10% 50Hz 60VA Imprimantă termică Dimensiune : 478mmX268mmX472mm Greutate ~ 15,5 kg	

Valabilitatea ofertei - 50 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pislaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**