

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808								
Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021						Data: „06” iulie 2021	Alternativa nr.:	
						Lot: 46	Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000-1	46	Criocoagulator cu accesorii	Criocoagulator cu accesorii	CRYOMATIC MK II + sonde: Standard Retinal Probe, Extended Retinal Probe, Curved Cataract Probe, Mid Reach Retinal Probe	Keeler, Marea Britanie	Anul de producere: 2020 - 2021; Criocoagulator pentru intervenții oftalmologice; Gaz – bioxid de carbon; Presiune de lucru – 3100-5860kPa; Presiune maxima – 8275 kPa; Ecran de afișarea datelor; Pedală de control. Sonde retinale minim 3 bucăți cu diametru bazei 2,5mm (±0.1mm): 1. unghiul de înclinare 45°, lungimea bază-unghi 5,2 mm, diametru părții de contact 2,8mm; 2. unghiul de înclinare 5°, lungimea bază-unghi 4,5 mm, diametru părții de contact 2,8mm (lateral); 3. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 17,8 mm, diametru părții de contact 2,4mm. Sondă pentru cataractă 1 bucată cu diametru bazei 1,5mm (±0.3mm): 1. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 8,3 mm, diametru părții de contact 1,8mm. Butelie 1 bucată, Stativ cu roți blocabile pentru butelie și dispozitiv. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	Anul de producere: 2020 - 2021; Criocoagulator pentru intervenții oftalmologice; Gaz – bioxid de carbon; Presiune de lucru – 3100-4480kPa; Presiune maxima – 8275 kPa; Ecran de afișarea datelor; Pedală de control. Sonde retinale minim 3 bucăți cu diametru bazei 2,5mm: 1. unghiul de înclinare 45°, lungimea bază-unghi 5,2 mm, diametru părții de contact 2,8mm; 2. unghiul de înclinare 5°, lungimea bază-unghi 4,8 mm, diametru părții de contact 2,8mm (lateral); 3. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 17,8 mm, diametru părții de contact 2,4mm. Sondă pentru cataractă 1 bucată cu diametru bazei 1,5mm: 1. unghiul de înclinare 30°, lungimea bază-unghi 8,3 mm, diametru părții de contact 1,8mm. Butelie 1 bucată, Stativ cu roți blocabile pentru butelie și dispozitiv. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grosu Marina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Meditech" SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Trandafirilor 13/1, of. 115**