

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888819962/21659418 SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Consumabile de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Saci pentru deșeuri medicale,p/u autoclavare	Sac galben 60l	Romania	S.C. Politeh S.R.L.	Volum 50-80 L; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor, sacul să poată fi închis ușor și sigur, rezistent la temperatură mai mare de 121 grade C, culoare: galben, cu pictograma „Pericol biologic”,	Sac culoare galbenă uniformă cu pictograma „Pericol Biologic”, din folie de polietilenă, 60l, lipit la unul din capete, ambalaj ADR 5H4, grosime 50 microni, sacul se închide ușor și sigur, destinat pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală	CERTIFICATE DE CONFORMITATE ADR NR. 152

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: Sterileco SRL _____ Adresa: _____ Str. Muncești 799, mun. Chișinău _____
