

Specificații tehnice (F4.1)

		Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1578747513152			Data: 16 ian 2020, 10:00 - 23 ian 2020, 11:00	
		Denumirea licitației: Servicii de mentenanță a stației de oxigen pentru anul 2020 (inclusiv consumabile și piese de schimb)			Poziții: 1,2,3	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință	Standarde de referință
1	50421000-2	Servicii de mentenanță a stației de producere a aerului medical, compresoare GA22MED, uscator dMED80	-	-	-	Pentru compresor GA22MED (API457652, -653, -654), uscator dMED80. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnica, orele de lucru a statiei. Componentele instalate vor fi prezentate in ambalaj sigilat de producator. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator, certificate de conformitate si prezentarea garantiei. Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti. Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	Pentru compresor GA22MED (API457652, -653, -654), uscator dMED80. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnica, orele de lucru a statiei. Componentele instalate vor fi prezentate in ambalaj sigilat de producator. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator, certificate de conformitate si prezentarea garantiei. Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti. Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	CE/ISO

1.1	50421000-2	Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore (Kit service consumabile 2904500069)	Kit service consumabile 2904500069	Belgia	Atlascopco	Compatibile cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2904500069)	Compatibile cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2904500069)	CE/ISO
1.2	50421000-2	Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore (Kit service separator K 2901074800)	Kit service separator K 2901074800	Belgia	Atlascopco	Kit service separator K compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2901074800)	Kit service separator K compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2901074800)	CE/ISO
1.3	50421000-2	Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore (Kit service deservire preventivă 2901118900)	Kit service deservire preventivă 2901118900	Belgia	Atlascopco	Kit service deservire preventivă compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2901118900)	Kit service deservire preventivă compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (2901118900)	CE/ISO
1.4	50421000-2	Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore (Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) 1630114600)	Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) 1630114600	Belgia	Atlascopco	Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (1630114600)	Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (1630114600)	CE/ISO
1.5	50421000-2	FURTUN ASAMBLAT (057499113)	0574991135	Belgia	Atlascopco	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574991135)	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574991135)	CE/ISO
1.6	50421000-2	FURTUN ASAMBLAT (0574800248)	0574800248	Belgia	Atlascopco	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574800248)	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574800248)	CE/ISO
1.7	50421000-2	FURTUN ASAMBLAT (0574991055)	0574991055	Belgia	Atlascopco	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574991055)	FURTUN ASAMBLAT compatibil cu compresor GA22MED (API457652, -653, -654), (0574991055)	CE/ISO
2	50421000-2	Servicii de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical, IMT PO 3550, compresoare	-	-	-	Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei, temperaturii de lucru sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi	Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei, temperaturii de lucru sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnică, orele de lucru a stației. Componentele instalate vor fi	CE/ISO

		KS124 (stația veche)				prezentate în ambalaj sigilat de producător. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator si prezentarea garantiei.Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti.Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	prezentate în ambalaj sigilat de producător. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator si prezentarea garantiei.Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti.Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	
2.1	50421000-2	Filtru ulei (KS 124)	223489	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.2	50421000-2	Ulei AEON 3000SP (35 l)	CC1092714 A	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.3	50421000-2	Cartuș separator aer/ulei, KS124	223487	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.4	50421000-2	Cartuș filtru aer, (KS 124)	223491	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.5	50421000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip P	223177	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.6	50421000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip S	223197	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.7	50421000-2	Cartuș filtru aer AF 0706, tip A	223187	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	Compatibil cu Stația de oxigen IMT PO 3550	CE/ISO
2.8	50421000-2	FURTUN ASAMBLAT (stainless steal piping 2"x1200)	150852	Itala	GrdnerDenver	Compatibil cu Compresor Gardner Denver KS 124	Compatibil cu Compresor Gardner Denver KS 124	CE/ISO
3		Servicii de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical, OGP35, compresor ZT45FF (stație nouă)	-	-	-	Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei, temperaturii de lucru sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnica, orele de lucru a statiei. Componentele instalate vor fi prezentate in ambalaj sigilat de producator. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va	Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Instalarea se va face conform orelor de lucru a statiei, temperaturii de lucru sau la cerinta si in orele coordonate cu serviciul gaze a SCR . Prestatorul va monitoriza permanent starea tehnica, orele de lucru a statiei. Componentele instalate vor fi prezentate in ambalaj sigilat de producator. In caz de prezentare a pieselor neoriginale se va	CE/ISO

						prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator si prezentarea garantiei. Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti. Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	prezenta informatia cu numerele de referinta care vor dovedi compatibilitatea cu piesele recomandate de producator si prezentarea garantiei. Timpul de reactie la solicitare va fi de 2 ore, pentru interventie nu mai mult de 4 ore. Resetarea contoarelor de service dupa efectuarea mentenantei. Se va prezenta actul de efectuare a mentenantei, semnat de ambele parti. Garantia pentru consumabilele instalate - nu mai putin de 1 luna. Termenul de livrare pentru piese/consumabile va constitui 15 zile din momentul solicitării.	
3.1	50421000-2	Kit service Plan B - 8000 ore (Kit service Plan A 2901112200)	Kit service Plan A 2901112200	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901112200)	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901112200)	CE/ISO
3.2	50421000-2	Kit service Plan B - 8000 ore (Kit service supapa de admisie 2901110100)	Kit service supapa de admisie 2901110100	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901110100)	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901110100)	CE/ISO
3.3	50421000-2	Kit service Plan B - 8000 ore (Kit service Purja EWD330M 2901063320)	Kit service Purja EWD330M 2901063320	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901063320)	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2901063320)	CE/ISO
3.4	50421000-2	Kit service Plan B - 8000 ore (Ulei ROTO-Z (1x20 l) 2908850101)	Ulei ROTO-Z (1x20 l) 2908850101	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2908850101)	Compatibil cu compresor ZT 45FF, (2908850101)	CE/ISO
3.5	50421000-2	Deservirea rezervorului de aer LV 2011, Plan B- 8000 ore (Cartus filtru aer de uz general DD 130+ 2901300006)	Cartus filtru aer de uz general DD 130+ 2901300006	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu Rezervor aer LV 2011, (2901300006)	Compatibil cu Rezervor aer LV 2011, (2901300006)	CE/ISO
3.6	50421000-2	Deservirea rezervorului de aer LV 2011, Plan B- 8000 ore (Cartus	Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu Rezervor aer LV 2012, (2901300106)	Compatibil cu Rezervor aer LV 2012, (2901300106)	CE/ISO

		filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ 2901300106)	2901300106					
3.7	50421000-2	Kit service, Generator 0-35, Plan B-8000 ore Kit service (904500282)	Kit service 2904500282	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu Generator 0-35, (2904500282)	Compatibil cu Generator 0-35, (2904500282)	CE/ISO
3.8	50421000-2	Deservirea rezervorului de oxigen LV1016, Plan B-8000 ore (Cartus filtru oxigen de înaltă eficiență PDp-20+ 2901300102)	Cartus filtru oxigen de înaltă eficiență PDp-20+ 2901300102	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu Rezervor oxigen LV1016, (2901300102)	Compatibil cu Rezervor oxigen LV1016, (2901300102)	CE/ISO
3.9	50421000-2	Deservirea rezervorului de oxigen LV1016, Plan B-8000 ore (Cartus filtru oxigen steril A3051MS)	Cartus filtru oxigen steril A3051MS 2914769700	Belgia	Atlascopco	Compatibil cu Rezervor oxigen LV1016	Compatibil cu Rezervor oxigen LV1016	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova**