

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21023151 din 13.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi, consumabilelor de laborator și produse parafarmaceutice (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	CL482	Italia	Biosigma	Eprubete conice din plastic cu capac, sterile, gradate, volum 15ml, 120x15mm ambalaj individual	Eprubete conice din plastic cu capac, sterile, gradate, volum 15ml, 120x16mm ambalaj individual	Conform cerințelor
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	CL0269	Italia	Biosigma	Eprubete Ependoarfe 1,5-2 ml	Conform cerințelor	Conform cerințelor
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	BSR012	Italia	Biosigma	Tips 1000 mkl material PP	Conform cerințelor	Conform cerințelor
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	09-OPOL	Italia	Bio-Optica	Lame 25 x75mm, din sticlă, degresate. șlefuite gata pentru folosire, pentru diagnostic in vitro cu colțuri rotunjite cu banda pentru marcaj de culoare albă, pentru camera de hibridizare	Lame 25 x75mm, din sticlă, degresate. șlefuite gata pentru folosire, pentru diagnostic in vitro cu colțuri 90°C cu banda pentru marcaj de culoare albă, pentru camera de hibridizare	Conform cerințelor
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	5601 +5601 + 5603 + 5604+ 5605 +5606+ 5608	Polonia	HTL	Set micropipete automate 0,1-2,5mkl,0,5-1,0mkl, 2-20mkl, 10-100mkl,20-200mkl,100-1000mkl,500-5000mkl.	Set micropipete automate 0,2-2mkl,0,5-1,0mkl, 2-20mkl, 10-100mkl,20-200mkl,100-1000mkl,500-5000mkl.	Conform cerințelor
	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	2019-00-1	SUA	SciGene	Camera de hibridizare policarbonat nesterilă,5/cs pentru lame26x76 mm reutilizabilă	Conform cerințelor	Conform cerințelor

	Lotul 1//Consumabile pentru diagnosticul Fish	10-1710	Italia	Bio-Optica	Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente	Borcane Coplin din sticlă Jar 30x30x70mm termorezistente	Conform cerințelor
	Lotul 5/Pix tip diamond pentru marcajul pe sticlă	08-DS2F	Italia	Bio-Optica	Pix tip diamond pentru marcajul pe sticlă	Conform cerințelor	Conform cerințelor
	Lotul 11//Reactivi pentru diagnosticul Fish	FM0003	Taiwan	Abnova	FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic) kit-200mkl	FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic) kit-2*100mkl	ISO
		U0029	Taiwan	Abnova	Soluție FISH de hibridizare	Soluție FISH de hibridizare, 10 ml=1000 buc	ISO
		F6057-20ML	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Soluție de montar cu DAPI cu concentrația 1mg/ml	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		F6182-20ML	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Soluție de montare fără DAPI. U/M mkl	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		1467LT001	Germania	Neofroxx	Soluție de spălare 1	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		LC-5936.1	Germania	Neofroxx	Soluție de spălare 2	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		P6887-10G	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Pepsin liofilizat	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		1467LT001	Germania	Neofroxx	Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		LC-5936.1	Germania	Neofroxx	Formaldehid37%	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		P5493-1L	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Soluție Bufer 10x PBS	Conform cerințelor	Certificat de Analiza
		D9542-1MG	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Colorant fluorescent albastru DAPI counterstain cu concentrația 1mg/ml, set2x1ml	Colorant fluorescent albastru DAPI counterstain cu concentrația 1mg, set2x1mg	Certificat de Analiza
		NP40S-100ML	Germania	Neofroxx/Sigma-Aldrich	Tergitol tipNP-40(detergent pentru denaturarea), set 6x10ml	Tergitol tipNP-40(detergent pentru denaturarea), set 100ml	Certificat de Analiza

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova