

Numărul procedurii de achiziție:

21020907 din 05 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
171	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiiei cateterului in vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	CVC-2176	Germania	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiiei cateterului in vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiiei cateterului in vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului: CVC-2176 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL

În calitate de: director

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

