

## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **15.02.2022**

Licitația nr.: **21049897**

Invitație la licitația nr.: [introduceți numărul/codul anunțului]

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

**„CAVATEH M” SRL** declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările:

b) **„CAVATEH M” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

**" privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 "**

c) Prețul total al ofertei constituie:

**Suma Ofertei:**

**1 478 583, 79** (Un mln patru sute șaptezeci și opt mii cinci sute optzeci și trei lei, 79 bani MDL) fără TVA

**1 774 303, 00** (Un mln șapte sute șaptezeci și patru mii trei sute trei lei, 00 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **„CAVATEH M” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Alexandru Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„CAVATEH M” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei 3, of.110B**

Data: **15.02.2022**

### Specificații tehnice

Nr. Licităției		21049897				Data: 15.02.22		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției		" privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 "				Lot. 1.2.3.6.7.8.9		Pagina: 1 din 4
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m <sup>2</sup> . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	SMARTFLUX LFP06	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,4 m<sup>2</sup></p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 28 ml</p> <p style="text-align: center;">Clearance Unitate măsură</p> <p>ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureea ≥ 125</p> <p>2 creatinina ≥ 95</p> <p>3 fosfați ≥ 50</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 20</p>	<p><b>Vezi broșura/prospectul și fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP06</b></p>	CE/ISO
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m <sup>2</sup> . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	SMARTFLUX LFP110	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m<sup>2</sup></p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 70 ml</p> <p style="text-align: center;">Clearance Unitate</p> <p>măsură ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureea ≥ 168</p> <p>2 creatinina &gt; 147</p> <p>3 fosfați ≥ 115</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	<p><b>Vezi fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP110</b></p>	CE/ISO

33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m <sup>2</sup> . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	SMARTFLUX LFP140	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m<sup>2</sup>. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice</p> <p>Ne Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<b>Vezi broșura/prospectul și fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP140</b>	CE/ISO
33100000-1	6	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	M90249E	Italia	MEDICA	<p>4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice Ne Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<b>Vezi fișa tehnică pentru M90249E</b>	CE/ISO

33100000-1	7	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	M03401	Italia	MEDICA	<p>5. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	Vezi fișa tehnică pentru M03401	CE/ISO
------------	---	---	--------	--------	--------	--	---------------------------------	--------

33100000-1	8	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	M03401	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	Vezi fișa tehnică pentru M03401	CE/ISO
33100000-1	9	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	M90196E	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, Bbraun)</p> <p>Cerințe generale și specifice</p> <p>1 Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>3 Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>4 Livrare în set (arteră/venă) Da</p> <p>5 Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da</p> <p>6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da</p> <p>7 Pungă de colectare de 2 litri Da</p> <p>8 Post-diluaire Da</p> <p>9 Port de injecție fără conținut de latex Da</p> <p>10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70</p> <p>11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8</p> <p>12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8</p> <p>13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5</p> <p>14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	Vezi fișa tehnică pentru M90196E	CE/ISO

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

### Specificații de preț

Numărul licitației: 21049897					Data: 15.02.2022			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: " privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 "					Lot. 1.2.3.6.7.8.9			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2	3	4	5	6	7	8	9			10
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m <sup>2</sup> . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Buc.	60	449.6500	539.5800	26,979.0000	32,374.8000	În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.			31000
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m <sup>2</sup> . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Buc.	100	120.0420	144.0500	12,004.2000	14,405.0000				13500
33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m <sup>2</sup> . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră	Buc.	1560	130.2950	156.3540	203,260.2000	243,912.2400				17200
33100000-1	6	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele	Buc.	16115	60.2140	72.2570	970,348.6100	1,164,421.5600				887000
33100000-1	7	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru	Buc.	100	81.9950	98.3940	8,199.5000	9,839.4000				5000
33100000-1	8	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru	Buc.	200	81.9950	98.3940	16,399.0000	19,678.8000				10000
33100000-1	9	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	Buc.	3680	65.5960	78.7150	241,393.2800	289,671.2000				350000
<b>Total ofertă</b>							<b>1,478,583.79</b>	<b>1,774,303.00</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Captari Alexandru    În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B