

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21062815				Data: 04.10.2022	Alternativa nr.: N/A
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)				Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100 00-1	2	Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate	IN 42	Turcia	Optium Medikal Ltd Sti	- Min. 4 secțiuni, mobil, - acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, - comandă CPR se realizează automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei. - Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tabla de la secțiunea picioare, - Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, - Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, - Platforma saltei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS. - Tablile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință. - Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. - Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 culturi ale patului și agățătoare pentru punga cu urină, 4 roti cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, 4 amortizoare din PVC la cele 4 culturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, - Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în camp electrostatic, - Suport pentru filme radiologice, - Sarcina minimă încărcare pacient: min. 180 kg, - Dimensiuni pat aproximativ: - Latime min. 1000 mm; - Lungime min. 2100 mm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; - Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretan acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) - Alimentare 220 -230 V 50 Hz;	- Min. 4 secțiuni, mobil, - Da; - acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, - Da, corespunde; - comandă CPR se realizează automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei, - Da, auto-CRP; - Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tabla de la secțiunea picioare, - Corespunde; - Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, - Corespunde; - Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, - Da; - Platforma saltei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS, - Da; - Tablile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință, - Da; - Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS, - Da; - Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 culturi ale patului și agățătoare pentru punga cu urină, - Da; 4 roti cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, - Da, Rotile cu blocare centralizată, 150 mm; 4 amortizoare din PVC la cele 4 culturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, - Da, Bare de protecție din plastic la patru culturi; - Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în camp electrostatic, -Da, Cadru metalic vopsit electrostatic epoxidic; - Suport pentru filme radiologice, - Da; - Sarcina minimă încărcare pacient: min. 180 kg, - 250 kg; - Dimensiuni pat aproximativ: - Latime min. 1000 mm; - 102 cm; - Lungime min. 2100 mm; - 216 cm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; - 37 ... 80 cm; - Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Corespunde; - Saltea din spumă poliuretan acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) - Corespunde; - Alimentare 220 -230 V 50 Hz; - 230V AC 50-60Hz.	ISO/CE
		Semnat:	Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial					
		Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova						