



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 202-1485 din "13" 04 2019

DATACONTROL SRL

contact@datacontrol.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1550741222707 din 29.03.2019 privind "Achiziționarea centralizată de cristaline (implanturi oftalmologice) conform necesităților IMSP pentru anul 2019", Vă comunică că oferta Dvs. nu a fost acceptată din motivele după cum urmează:

- Poz. 1 – modelul oferit nu are 4 puncte de fixare, Constanta A solicitată 118.5 - s-a oferit 118.0;
- Poz. 2 - modelul oferit nu este foldabil, nu are trei piese, nu are cartuș inclus;
- Poz. 3 – modelul oferit nu are cartuș inclus, nu are bagheta de ajustare a LIO și injector de unica folosință, Constanta A solicitată 118,2 - s-a oferit constanta 117.5; Gama dioptrică solicitată +1,0D +40,0D - s-a oferit până la +30D;
- Poz. 4 - modelul oferit nu corespunde după parametrul haptica 13 mm, s-a oferit 12,3;
- Poz. 5 – nu a fost prezentată mostra pentru modelul oferit;
- Poz. 13 - modelul oferit nu corespunde după parametrul Constanta A 118,2, s-a oferit 118,4; Nu are 2 găuri în haptică pentru fixație selerală;
- Poz. 16 – modelul oferit nu are cartuș inclus, nu are bagheta de ajustare a LIO și injector de unica folosință; Constanta A solicitată 118,2 - s-a oferit 117,5, Gama dioptrică solicitată +1,0D +40,0D - s-a oferit până la +30D.

Astfel, oferta Dvs. pentru pozițiile sus menționate nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci