




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Grigore Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-4970 din "30" noiembrie 2022

**OE participanți la procedura de achiziție  
IMSP Beneficiare**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051 din 15.09.2022 privind *achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)*, Vă comunică decizia din 30.11.2022 cu privire la evaluarea ofertelor conform criteriului și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. Lot/COD	Denumire Lot	Cantit atea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Țara de origine/ Producător	Ofertant
2-88051	Otoscop pediatric	3	bucată	1 325,00	1 590,00	3 975,00	4 770,00	Moretti Otoscop DMV520 + 10 buc. Specule pediatrice 2,4-3,0mm, reutilizabile DMV510/ Moretti / 3A Health Care/ Italia	Tetis International Co. SRL
6-88051	Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic	1	bucată	45 000,00	54 000,00	45 000,00	54 000,00	Procto 03/ Alaturca/ Turcia	MEDEXCOM-TEH SRL
11-88051	Imprimanta digitala Xray	1	bucată	80 000,00	96 000,00	80 000,00	96 000,00	DryPIX Smart/Fujifilm/ Japonia	Neotec
12-88051	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	1	bucată	98 880,00	118 656,00	98 880,00	118 656,00	Starled 3NX + TW Versio/ ACEM / Italia	ICS Eyecon Medical SRL

## **Oferte respinse/descalificate**

### **Lot nr. 5 Rectoscop cu iluminare prin fibră optică**

Oferta operatorului economic **Denolga Medical** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează s-a solicitat Tub cu obturator diametru 15mm, lungime 200 mm autoclavabil-1 buc s-a oferit Tub cu obturator diametru **16mm**, lungime 200 mm autoclavabil-1 buc.

### **Lot nr. 8 Colposcop binocular cu sistem video de rezoluție înaltă**

Oferta operatorului economic **Meditech** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează s-a solicitat Sistem de operare licenționată minim Windows 10 Profesional -Da s-a oferit Nu, FreeDOS, computer all.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează s-a solicitat Filtre de lumina Minim verde și albastru s-a oferit Filtre de lumina – verde și albă, fapt confirmat prin demersul GBG-MLD SRL nr. G-464 din 10.11.2022. De asemenea, în formularul specificațiilor tehnice nu s-a indicat codul Monitorului, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea conformității acesteia, nefiind respectate prevederile pct. 15 subpct. 22 din anunțul de participare, potrivit căruia „*În ofertă „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă*”.

### **Lot nr. 10 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

s-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear cu valoarea minimă nu mai mare de 3 Mhz - și cu valoarea maximă nu mai mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm și maxim 50 mm în formularul specificațiilor tehnice nu s-a indicat codul de referință a *probelor*, în catalogul atașat la ofertă se regăsesc mai multe coduri ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea conformității acesteia, nefiind respectate prevederile pct. 15 subpct. 22 din anunțul de participare, potrivit căruia „*In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă*”.

Oferta operatorului economic **INTERMED SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear cu valoarea minimă nu mai mare de 3 Mhz - și cu valoarea maximă nu mai mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm și maxim 50 mm s-a oferit PROBE Linear 4 Mhz

S-a solicitat Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minimă nu mai mare de 3 Mhz - și cu valoarea maximă nu mai mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° și maxim 100 ° s-a oferit Convex OV 64° FOV (max) 94°.

Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

- S-a solicitat Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 90 ° s-a ofertat PVT-675MVS, 2.5~7.5; În documentele aşatate la ofertă nu a fost identificată cerinţa tehnică banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 100 °.

Oferta operatorului economic **PHARMONY SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

S-a solicitat Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 100 ° s-a ofertat câmp vizual -58°.

### **Lot nr. 13 Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza)**

Oferta operatorului **Tetis International Co. SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat Secția de la talpa/picioare de la +20 la - 90 grade (minim) s-a ofertat +65° la -80°.

ICS Eyecon Medical SRL

Oferta operatorului **ICS Eyecon Medical SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat Secția de la talpa/picioare de la +20 la - 90 grade (minim) s-a ofertat +65° la -80°.

Oferta operatorului **DataControl SRL** nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.

### **Lot nr. 14 Inhalator cu compresor**

Oferta operatorului **DataControl SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat *Fluxul de vapori Reglabil și masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc.* în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu au fost demonstrate îndeplinirea cerințelor.

Oferta operatorului **Tetis International Co. SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc.; masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc.; masca pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. S-a ofertat mască adult și copil. De asemenea, în catalogul atașat la ofertă nu au fost identificate următoarele cerințe tehnice solicitate în documentația de atribuire:

Volumul maxim al unui recipient pentru medicament  $\geq 5$  ml.

### **Lot nr. 18 Vertigraf**

Oferta operatorului **MEDEXCOM-TEH SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat "Vertigraf fix destinat pentru utilizare de comun cu un X-ray mobil " Posibilitatea de conectare a casetei digitale la alimentare fără a fi scoasă din vertigraf da", „ Posibilitatea de rotire a casetei la 90 grade da", „Posibilitatea de instalare și scoatere a casetei rapid fără scule suplimentare da" în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu au fost demonstrate îndeplinirea cerințelor.

### **Lot nr. 19 Centrifuga de laborator 24 locuri**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

s-a solicitat Viteza maximă 3500 rpm s-a oferat 4000r/min. De asemenea, în catalogul atașat la ofertă nu au fost identificate următoarele cerințe tehnice solicitate în documentația de atribuire: Posibilitatea utilizării cîte 12 ml da; Tuburi utilizate pînă la 17 mm diametru; Viteza minimă 100 rpm da; Pasul schimbării vitezelor 100 rotații; Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente da; Capacul centrifugii se blochează în timpul centrifugării da; "Posibilitatea de a schimba accelerația și oprirea rotorului (forțată și lentă) da"; Motor cu securitate la supraîncălzire da ; "Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display da" Camera de centrifugare este produsă din oțel inoxidabil da; Camera de centrifugare este făcută dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice și de protecție, inclusiv din oțel inoxidabil ceea ce asigură siguranța și confortul la locul de muncă da.

Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 65 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că formularele ofertei, formularul specificațiilor tehnice și de preț nu conține semnături electronice. De asemenea, s-a solicitat s-a solicitat dispozitiv medical s-a oferat echipament medical.

### **Lot nr. 24 Unitate stomatologică**

Oferta operatorului **Visiosystems SRL** nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.

### **Lot nr. 25 Sistem de garou pneumatic, cu accesorii**

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: s-a solicitat Interval de timp 5 - 180 min s-a oferat Interval de timp 5 - 120 min;

s-a solicitat Ecran LCD grafic operare touch: verificare și curățare ușoară da s-a oferat operare prin butoane;

s-a solicitat 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple ) da s-a oferat 2 porturi (red și blue);

### **Lot nr. 27 Brancarda sanitară cu targă detașabilă**

Oferta operatorului **MEDEXCOM-TEH SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: S-a solicitat " Targa sanitară da, în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu a fost demonstrată îndeplinirea cerinței.

## **Lot nr. 28 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor**

Oferta operatorului **SA Tehoptimed** nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: s-a solicitat Material Plastic și Rezoluție imagine  $\leq 1024 \times 768$  în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu au fost demonstrate îndeplinirea cerințelor din documentația de atribuire.

Oferta operatorului **MEDEXCOM-TEH SRL** nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: s-a solicitat *Precizia alinierii  $\leq 0.5mm$* , în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate, nu s-a demonstrat îndeplinirea cerinței.

Oferta operatorului **Triumf-Motiv SRL** nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.

**În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă se anulează următoarele loturi:**

- Lotul nr. 1 Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț;
- Lotul nr. 3 PEF Metru (peak-flow meter);
- Lotul nr. 4 Pulsoximetru pediatric;
- Lotul nr. 7 Tonometru ocular mecanic;
- Lotul nr. 15 Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil;
- Lotul nr. 16 Inhalator cu ultrasunet;
- Lotul nr. 17 Pat de examinare, sala de proceduri;
- Lotul nr. 26 Baie de apă circulară pentru histologie,

**În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile se anulează următoarele loturi:**

- Lotul nr. 5 Rectoscop cu iluminare prin fibră optică;
- Lotul nr. 8 Colposcop binocular cu sistem video de rezoluție înaltă;
- Lotul nr. 10 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă;
- Lotul nr. 13 Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) ;
- Lotul nr. 14 Inhalator cu compresor;
- Lotul nr. 18 Vertigraf;

- Lotul nr. 19 Centrifuga de laborator 24 locuri;
- Lotul nr. 24 Unitate stomatologică;
- Lotul nr. 25 Sistem de garou pneumatic, cu accesorii;
- Lotul nr. 27 Brancarda sanitară cu targă detașabilă;
- Lotul nr. 28 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor.

**În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că s-a indicat eronat specificația tehnică, după cum urmează:**

- 1) Liniară în diapazonul de frecvență **nu mai mare de 4 Mhz nu mai mică de 14 Mhz**, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 45 mm și maxim 60 mm.
- 2) Convex cu frecvența de lucru; În diapazonul de frecvență **nu mai mare de 1 Mhz nu mai mică de 5 Mhz**, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertelor, astfel lotul nr. 9 Ultrasonograf de performanță înaltă se anulează.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **13.12.2022**, după expirarea termenului de așteptare.

*Notă:* Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Respectiv, operatorii economici: Tetis International Co. SRL, MEDEXCOM-TEH SRL, Neotec și ICS Eyecon Medical SRL pentru loturile atribuite, urmează să prezente dovada înregistrării dispozitivele medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data prezentei solicitări (30.11.2022).

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică, doar după reconfirmarea necesității, cerințelor tehnice și disponibilității mijloacelor financiare de către beneficiarii finali, pentru anul bugetar 2023.

Vă mulțumim pentru participare.

**Președintele grupului de lucru**

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Botica Aurelia  
Tel: 022 22 23 64*