

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1652190571916, ID: 21056253 din 18.06.2022
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice - 2022 (2)

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumire lot</i>	<i>Modelul bunului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
33600000-6	51	51.Clipuri standard pentru aplicare permanentă tip FT750T	FT750T	Germania	Aesculap AG	Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	52	52.Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T	FT754T	Germania	Aesculap AG	Curbate; lungimea brașelor 6,4 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate; lungimea brașelor 6,4 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	53	53.Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T	FT760T	Germania	Aesculap AG	Drepte; lungimea brașelor 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Drepte; lungimea brașelor 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485

33600000-6	54	54.Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T	FT762T	Germania	Aesculap AG	Ușor curbate; lungimea brașelor 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Ușor curbate; lungimea brașelor 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	55	55.Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T	FT764T	Germania	Aesculap AG	Curbate; lungimea brașelor 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate; lungimea brașelor 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 gr; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile. Cu titlu gratuit, caserolă pentru stocarea clipurilor - 1 bucată.	CE, ISO 13485

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu