

Anexa 2

Unitate stomatologică (caracteristici de baza)				
Cod	120110			
Descriere	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic			
Parametrul	Specificația solicitată		Specificația propusă	
Scaun stomatologic	Unghi de înclinare	de la 100°pînă la 180°	0 la 80°	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
	Tetieră	reglabilă	Da	Operationmanual, 8.1 Dental chair parts, punctul 3 , pagina 10
	Urcare/ coborîre	≥ 30cm	41,4 cm	Care 22 dental chair limited position, Operational Manual pag. 11
	Greutate maximă	≥ 180kg	180kg	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
	Comandă	pedală	Da	Operation manual, 8.5 Foot switch pagina 23.
	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Da	Operation manual pnctul 12.1 Dental unit and dental chair, pag 38
	Programe de poziționare	minim 3	3	Operation Manual 8.4.13 key operation and setting instruction, punct 3, pagina 19 si User Memory Chair Position setting key, pagina 20
	Accesorii	cotiere	2 bucati - 1 fixa si 1 ajustabila	Operation Manual, 3 Structure diagram, pag 3
Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Da J111 Dentist stool	Operation manual punctul 129 Disinfection of dental chair piping system, pag 39 Brosura Options pag 2
	Sarcina maximă	≥ 150kg	Da, model J111	Operation manual, alin 1.2 Composition pag 1; alin 7.7 Doctor chair installation pag 9 si alin 17.Packing list pagina 45
	Înălțime	reglabilă	Da	BrosuraCare22, pagina 32
	Suport spate	reglabil	Da	BrosuraCare22, pagina 32
	Suport picior	da	Da	BrosuraCare22, pagina 32
Masa dentistului	Turbină	da	Da, TPL3-U-M4	Operation manual alin. 8.4 Instrument tray pag 17 si Catalog Tealth pag 21
	Seringă cu 3 căi	apă, aer, spray	da	Operation manual Tabel 2.1 Dental unit standard configuration. punct 3, pag.2 Brosura Options pag 3
		vîrf angulat 90°, detașabil	Da	BrosuraCare22, pagina 24 Brosura Options pag 3
	Scaler cu minim 6 vîrfuri cu	da	Da, LK-F43L	Brosura Options pag 1
	Micromotor electric	da	Da, DIL-20C	Catalog Tealth pag 23
	Piesă contraughi	da	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 7
Braț asistentă	Aspirator de salivă	2 furtunuri	Da	BrosuraCare22, pagina 24 si Operation Manual alin 8.3Assistant console pag.15
	Filtru pentru impuritati la aspiratoare	da	Da	Operation Manual alin 8.3.4 Strong suction pag 16
	Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului	da	Da	BrosuraCare22, pagina 24 ; Operation Manual alin 8.3Assistant console pag.15 si pag 20-21
Bloc hidroauiic	Bol din ceramică sau sticlă	da	Da	Operation Manual pag 12-13
	Clătitor	da	Da	Operation Manual pag 14
	Filtru pentru impurități	da	Da	Operation Manual pag 15
	Posibilitatea programării	da	Da	Operation Manual pag 12-17

Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	da	Da, TPL3-U-M4	Catalog Tealth pag 21
	Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar	2,6 bar	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 21
	Sursa de lumină	LED	Da	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 21
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate		Catalog Tealth pag 21
	Rotații	≥300000 rot/min	Da	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 21
	Rotații	≥40000 rot/min	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 7
Piesă contraunghi	Adaptabilă la micromotor	da	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 23
	Autoclavabilă	da	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 23
	Schimbarea frezei	buton	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 23
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 23
	Poziții 2	≥ 4000 Lux	Da, DCI LED	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
Sursa de lumină		de la 30 000 Lux	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
		conectarea / deconectarea prin senzor	Da	Operation manual alin 8.6.3.2 Infrared sensor pag 25
	Axa de rotație	≥3	Da	Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24
	Unghi de iluminare	reglabilă	Da	Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24
	Înălțime	reglabilă	Da	Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24
	Tip lumină	alb/rece	Da	Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24
	5 vîrfuri cu iluminare LED	da	6 vîrfuri	Brosura Options pag 1, IMG
Detartor (scaler)	Mîner detașabil, autoclavabil	da	Da	Brosura Options pag 1, IMG
	Frecvența de lucru	25 pînă la 31 KHz	Da, 28kHz ± 3kHz	Brosura Options pag 1, Tabel specificatii
	Intensitate	reglabilă	Da	Brosura Options pag 1, IMG
	Tip virfuri	≥ 4	Da, 6	Brosura Options pag 1, IMG
	Fără ulei	da	GIANT-40 , da	Brosura , pagina 34
Compresor	Putere	≥1,5kw	1,54 kW	Brosura , pagina 35
Revenirea automată la poziția inițială		da	Da	Technical parameters Operational Manual pag 1. Position Memory
Control multifuncțional de la picior		mobil	Da	Technical parameters Operational Manual pag 22. Position Memory
Tensiune		220-240V	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
Frecvența		50-60 Hz	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5