

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1769522064254						Data: 01.03.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (repetat)						Lot: -		Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7		8
33100 000-1	4	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Shoocin RS041121-SS45-IN20-K-S RS051121-SS45-IN20-K-S RS061121-SS45-IN20-K-S	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung "Side port" cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Sau 0.021" inch si 35-45 cm lungime	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung "Side port" cu robinet cu trei cai DA, pag.2 Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. DA, pag.2 Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. DA, pag.2 Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. DA, pag.2 . Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F - DA, pag.2 . Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F. DA, pag.2 Lungime: 11 - 23cm, DA, 11cm, pag.2 Ac de punctie de 20G lungime de 4-5 cm; minighid 0.021" inch si 45 cm lungime DA, pag.2. Suplimentar in setul sunt incluse un scalpel si o seringă.		DM000842575 DM000842577 DM000842579
33100 000-1	5	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Balancium GW B185-0, GW B185-0J, GW B300-0, GW B300-0J, GW B185-S0, GW B185-S0J, GW B300-S0, GW B300-S0J	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking dreptre sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 185-190cm și 300cm Diametru nu mai mare de „0,014”.(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking Da, pag.1. dreptre sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Da, pag.1. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Da, pag.1 Radioopacitate: 3 cm. Da, pag.1 Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Da, 0.6g, pag.1 Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Da, pag.1 Diametru nu mai mare de „0,014”.(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Da, pag.1		DM000834046, DM000834083, DM000834047, DM000834044, DM000834089, DM000834084, DM000834066, DM000834081
33100 000-1	7	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Proender TJEP03-190, TJEP04-190, TJEP05-190, TJEP06-190, TJEP07-190, TJEP08-190	China	Beijing Taijiweije Technology Co., Ltd	Filtru distal pentru protectie embolica, Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare. Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat ≥ 180cm • 4 markeri radioopac SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100μ SAU cel puțin 80-160μm • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	Filtru distal pentru protectie embolica, Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare. Compatibilitate ghid: 0.014” Da, pag.3 • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile Da, pag.3 • Dispozitiv tip „Rapid exchange” Da, pag.3 • Fir de capturare incorporat ≥ 180cm Da, 190cm, pag.3 • 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au Da, pag.3 • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm Da, 3-8mm, pag.3 • filtru cu pori 80-160μm Da, pag.3 • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F Da, pag.3		DM000826314, DM000826315, DM000826332, DM000826316, DM000826334, DM000826338
33100 000-1	46	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	Balancium GW B185-0, GW B185-0J, GW B300-0, GW B300-0J, GW B185-1, GW B185-1J, GW B300-1, GW B300-1J, GW B185-2, GW B185-2J, GW B300-2, GW B300-2J GW B185-S0, GW B185-S0J, GW B300-S0, GW B300-S0J, GW B185-S1, GW B185-S1J, GW B300-S1, GW B300-S1J, GW B185-S2, GW B185-S2J, GW B300-S2, GW B300-S2J	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sportă în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sportă. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungimi cuprinse între obligatorii: 180 cm și 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sportă în cazurile complicate, drept sau in J. Da, pag.1. Diametrul nu mai mare de 0.014". Da, pag.1 Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sportă. Da, pag.1 Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungimi cuprinse între obligatorii: 180 cm și 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Da, pag.1		DM000834046, DM000834083, DM000834074, DM000834072, DM000834085, DM000834047, DM000834044, DM000834091, DM000834090, DM000834096, DM000834089, DM000834092, DM000834069, DM000834078, DM000834070, DM000834087, DM000834084, DM000834067, DM000834075, DM000834095, DM000834066, DM000834094, DM000834081, DM000834086

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL

Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3