

Specificații tehnice

Nr. Licităției	Numărul licitației: 21281308 / ocds-b3wdp1-MD-1726835982873					Data: 24.09.2024	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024					Lot. 2	Pagina: 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	2	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	<p>Passeo 35 Xeo 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428848 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428849 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428792 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428851 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428910 428915 428920 428852 428861 428870 428879 428888 428897 428906 428911 428916 428921 428853 428862 428871 428880 428889 428898 428907 428912 428917 428922 428854 428863 428872 428881 428890 428899 428908 428913 428918 428923 428855 428864 428873 428882 428891 428900 428909 428914 428919 428924 428856 428865 428874 428883 428892 428901 428857 428866 428875 428884 428893 428902b 428858 428867 428876 428885 428894 428903b 428868 428877 428886 428895 428904b 428935b 428944b 428953b 428971b 428980b 428990b 428995b 428927b 428936b 428945b 428954b 428972b 428981b 428991b 428996b 428928b 428937b 428946b 428955b 428973b 428982b 428992b 428997b 428929b 428938b 428947b 428956b 428930b 428939b 428948b 428957b 428940b 428949b 428958b 428941b 428950b 428959b</p>	Elveția	BIOTRONIK	<p align="center">Balon OTW</p> <p>Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata</p> <p>Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm;</p> <p>Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm</p> <p>Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci.</p> <p>Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului.</p> <p>Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametru balonului.</p> <p>Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii.</p> <p>Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm;</p> <p>Partea distala shaft acoperita hidrofilic</p> <p>Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterala. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7Fr in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominala-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterala. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7Fr in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominala-6,8atm; RBP-<21atm.</p>	<p>Passeo®-35 Xeo - Catheter type OTW Recommended guide wire 0.035" Tip Low entry profile, colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - alloon markers 2 swaged markers Sizes ø 3.0-12.0 mm; L: 20-250 mm Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating Usable length 90, 130 and 170 cm Guide wire lumen Hydrophobic coating - Vezi Brosura BIOTRONIK pentru Passeo®-35 Xeo</p>	ISO / CE / inregistrat la AMDM si introdus in registrul de Stat al RM

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21281308 / ocds-b3wdp1-MD-1726835982873					Data: 24.09.2024			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024					Lot: 2			Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Prețul estimativ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	2	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Bucată	35	1,674.4000	1,808.3520	58,604.0000	63,292.3200	În termen de maxim 7-25 zile de la comanda	MD10TRPCBW518430A0 0362AA	70438.00
Total ofertă							58,604.00	63,292.32			

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B