

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1612272421355						Data: „23” Februarie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"Reagenți pentru investigații imunologice"				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Teste pentru determinarea markerilor oncologici							
1.1	33696500-0	CA 72-4	K244	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul sa conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul conține nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
2	Teste pentru determinarea markerilor oncologici							
2.1	33696500-0	SYFRA 21-1	K236	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul sa conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul conține nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
3	Teste pentru determinarea markerilor oncologici							
3.1	33696500-0	CA 242	K243	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, sa conțină nu mai puțin de 5calibratori.	Cerințe generale*, controlul cu valori de referință, setul conține nu mai puțin de 5calibratori.	Certificat CE; ISO
4	Teste pentru investigații imunologice							
4.1	33696500-0	HBs Ag	I231-1021	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, controlul „+” și „-”, volumul controlului - nu mai puțin de 1ml, calibratori.	Certificat ISO
5	Teste pentru investigații imunologice							
5.1	33696500-0	Anti HBs Ag	I231-1271	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat ISO
6	Teste pentru investigații imunologice							
6.1	33696500-0	Anti HBcor Ag sumar	I231-1081	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, de controlul „+” și „-”, volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie in ser si plazma,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,calcularea rezultatelor dupa Cut-off cu exprimarea rezultatelor pozitiv,negative,echivoc.	Cerințe generale*, controlul „+” și „-”, volumul controlului nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea in ser si plazma,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,calcularea rezultatelor dupa Cut-off cu exprimarea rezultatelor pozitiv,negative,echivoc.	Certificat ISO
9	Teste pentru investigații imunologice							
9.1	33696500-0	Anti HCV sumar	I231-1031	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-”,volumul controlului sa fie nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea sa fie in ser/plazma,determinarea anticorpilor IgG+IgM,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul sa fie gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-”,volumul controlului nu mai puțin de 1ml, calibratori, determinarea in ser/plazma,determinarea anticorpilor IgG+IgM,enzim conjugat pregatit pentru lucru,substratul gata de lucru,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
16	Teste pentru investigații imunologice							

16.1	33696500-0	IgE total	K200	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale* de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, să conțină probă de control cu concentrația cunoscută, să fie indicate în instrucțiune normele după vîrsta, nu mai puțin de trei categorii de vîrstă	Cerințe generale*, nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, probă de control cu concentrația cunoscută, sunt indicate în instrucțiune normele după vîrsta, nu mai puțin de trei categorii de vîrstă	Certificat CE; ISO
28	Teste pentru investigații imunologice							
28.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgG	04.03	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor,specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
29	Teste pentru investigații imunologice							
29.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgA	04.01	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” , specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
30	Teste pentru investigații imunologice							
30.1	33696500-0	Anti chlamydia trh. IgM	04.02	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” , specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
31	Teste pentru investigații imunologice							
31.1	33696500-0	Anti HSV (tip I, II) IgG	I231-1191	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
32	Teste pentru investigații imunologice							
32.1	33696500-0	Anti HSV (tip I, II) IgM	I231-1201	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat CE; ISO
33	Teste pentru investigații imunologice							
33.1	33696500-0	Anti CMV IgG	I231-1131	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
34	Teste pentru investigații imunologice							
34.1	33696500-0	Anti CMV IgM	I231-1141	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat CE; ISO
35	Teste pentru investigații imunologice							
35.1	33696500-0	Anti Toxoplasma gn. IgG	I231-1091	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea nu mai puțin de 6 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Certificat CE; ISO
36	Teste pentru investigații imunologice							
36.1	33696500-0	Anti Toxoplasma gn. IgM	I231-1101	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, controlul „+” și „-” .	Cerințe generale*, de asemenea controlul „+” și „-” .	Certificat CE; ISO
37	Teste pentru investigații imunologice							
37.1	33696500-0	Anti mycoplasma hominis IgG	10.06	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
38	Teste pentru investigații imunologice							

38.1	33696500-0	Anti mycoplasma hominis IgM	10.07	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
39	Teste pentru investigații imunologice							
39.1	33696500-0	Anti Ureaplasma urealyticum IgG	13.04	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO
40	Teste pentru investigații imunologice							
40.1	33696500-0	Anti Ureaplasma urealyticum IgM	13.05	Federația Rusă	Ecolab	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, specificitatea 100%,sensibilitatea100%,	Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9