

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1570709504386

Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 19 Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900						
	19.1	Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	000000-1277-220	Germania	Carl Zeiss	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recoman- dărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recoman- dărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cucerenco Olesea** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316**