

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21334773/ [ocds-b3wdp1-MD-1735637835434](#) din 31.12.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (partea 1)

| Denumirea bunurilor/serviciilor             | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standar de referință     |
|---|---|-----------------|--|---|---|--------------------------|
| 1   | 2                                       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7                        |
| <b>Bunuri/servicii</b>                      |   |                 |  |   |   |                          |
| Lot 79: Bandaj elastic - 2 m x 8cm (810)    | OE08400P-E                              | Polonia         | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2             | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2<br><b>TechnicalDataSheet.</b>             | <b>AMDM DM0003 70720</b> |
| Lot 80: Bandaj elastic - 3 m x 20cm (811)   | OE15500P-E                              | Polonia         | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. | 1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2 | 1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2<br><b>TechnicalDataSheet.</b> | <b>AMDM DM0003 70724</b> |
| Lot 81: Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (812) | OE10400P-E                              | Polonia         | ZARYS International                        | 1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min   | 1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%,  | <b>AMDM DM0003 70722</b> |

|   |                    |         |   |  |  |                          |
|---|--------------------|---------|---|--|--|--------------------------|
|   |                    |         | Group sp. z o.o. sp.k.                              | 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq$ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m <sup>2</sup>  | poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq$ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m <sup>2</sup><br><b>TechnicalDataSheet.</b>   |                          |
| Lot 82: Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (813)                                     | OE15500P-E         | Polonia | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.          | 1.Nesteril 2.lățime:15cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq$ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m <sup>2</sup>  | 1.Nesteril 2.lățime:15cm $\pm$ 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: $\geq$ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m <sup>2</sup><br><b>TechnicalDataSheet.</b>  | <b>AMDM DM0003 70724</b> |
| Lot 83: Bonetă de protecție radiologică (suplimentar)                           | HC035              | Turcia  | Oley Tibbi Urunler ve Medikal Mlz.San.Tic.Ldt .Sti. | Mărime universală, ajustabilă cu șiret. Suprafața antibacteriană, antistatică, durabilă. Protecție radiologică echivalent 0,35 Pb. Disponibilă în mai multe variante de culori, la solicitare.   | Mărime universală, ajustabilă cu șiret. Suprafața antibacteriană, antistatică, durabilă. Protecție radiologică echivalent 0,35 Pb. Disponibilă în mai multe variante de culori, la solicitare.<br><b>TechnicalDataSheet. Broțură.</b>  | <b>CE/ISO</b>            |
| Lot 85: Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (suplimentar) | BAYMED SD-04210-04 | Turcia  | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.            | Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm ( $\pm$ 5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm ( $\pm$ 10cm) de H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> . Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm ( $\pm$ 5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm ( $\pm$ 10cm) de H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> . Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.<br><b>TechnicalDataSheet.</b> | <b>AMDM DM0005 07741</b> |
| Lot 86: Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil, 240x160cm (861)       | BAYMED SD-00200-01 | Turcia  | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.            | 240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.   | 240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.<br><b>TechnicalDataSheet.</b>   | <b>AMDM DM0005 07743</b> |
| Lot 87: Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (suplimentar)  | BAYMED SP-03002-01 | Turcia  | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.            | Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm ( $\pm$ 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm ( $\pm$ 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de  | <b>AMDM DM0002 40996</b> |

|  |  |        |   |   |   |                   |
|--|--|--------|---|---|---|-------------------|
|  |  |        |   | lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.   | lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.<br><b>TechnicalDataSheet.</b>   |                   |
| Lot 167: Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (1056) | DISPOSABE COVERAL L WITH TAPE, PROTECTIVE CLOTHING | Turcia | BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ | 1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L | 1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L<br><b>TechnicalDataSheet.</b> | AMDM DM0003 02745 |
| Lot 168: Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M (1055) | DISPOSABE COVERAL M WITH TAPE, PROTECTIVE CLOTHING | Turcia | BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ | 1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga  | 1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga  | AMDM DM0003 02745 |

|  |  |               |  |   |   |                                 |
|--|--|---------------|--|---|---|---------------------------------|
|  |  |               |  | <p>combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinezonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M</p> | <p>combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinezonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M</p> <p><b>TechnicalDataSheet.</b></p> |                                 |
| <p>Lot 169: Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XL (1057)</p> | <p>DISPOSABE COVERAL XL WITH TAPE, PROTECTIVE CLOTHING</p> | <p>Turcia</p> | <p>BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI</p> | <p>1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă</p>  | <p>1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă</p>  | <p><b>AMDM DM0003 02745</b></p> |

|   |   |               |  |  |  |                                 |
|---|---|---------------|--|--|--|---------------------------------|
|   |   |               |  | <p>pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului.</p> <p>8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL</p>   | <p>pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL</p> <p><b>TechnicalDataSheet.</b></p>  |                                 |
| <p>Lot 170: Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL (1058)</p> | <p>DISPOSAB E COVERAL XXL WITH TAPE, PROTECTIV E CLOTHING</p> | <p>Turcia</p> | <p>BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI</p> | <p>1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului.</p> <p>8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului</p> | <p>1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL</p> | <p><b>AMDM DM0003 02745</b></p> |

|   |  |         |   |   |   |                          |
|---|--|---------|---|---|---|--------------------------|
|   |  |         |   | combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL  | <b>TechnicalDataSheet.</b>  |                          |
| Lot 175: Containere pentru ace 2 litri (suplimentar)              | BPTA00006  | Turcia  | Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.                     | Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.  | Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.<br><b>TechnicalDataSheet.</b>                                      | <b>AMDM DM0005 55024</b> |
| Lot 183: Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (1083) | MGF Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 10 l | RM      | Combinatul de articole din carton SA/ Pacoplast Service SRL | Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. | Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. | Aviz Sanitar             |
| Lot 193: Emplastru - 2.5cmx500cm (1106)                           | SNW25005W  | Polonia | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.                  | 1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498 - 2019)   | 1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498 - 2019)<br><b>TechnicalDataSheet.</b>   | <b>AMDM DM0002 31852</b> |
| Lot 195: Emplastru - 5cmx500cm (1108)                             | SNW50005W  | Polonia | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.                  | 1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498 - 2019)  | 1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498 - 2019)<br><b>TechnicalDataSheet.</b>  | <b>AMDM DM0002 31853</b> |
| Lot 202: Halat chirurgical steril ranforsat M (1137)              | SG-01202-02  | Turcia  | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.                    | Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut minim 3 stratouri SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de  | Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut minim 3 stratouri SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN   | <b>AMDM DM0002 40968</b> |

|   |                    |               |   |   |   |                                 |
|---|--------------------|---------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |                    |               |   | <p>certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm.</p>   | <p>20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm.<br/><b>TechnicalDataSheet.</b></p> |                                 |
| <p>Lot 203: Halat chirurgical steril ranforsat L (1138)</p> | <p>SG-01202-03</p> | <p>Turcia</p> | <p>Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.</p> | <p>Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile</p> | <p>Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim</p>  | <p><b>AMDM DM0002 40969</b></p> |

|  |             |        |  |   |  |                                  |
|--|-------------|--------|--|---|--|----------------------------------|
|  |             |        |  | ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.   | 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm;<br>11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.<br><b>TechnicalDataSheet.</b>  |                                  |
| Lot 204: Halat chirurgical steril ranforsat XL (1139)  | SG-01202-04 | Turcia | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. | Halat chirurgical steril ranforsat XL<br>1.mărimea: XL<br>2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.<br><b>TechnicalDataSheet.</b> | <b>AMDM<br/>DM0002<br/>40970</b> |
| Lot 205: Halat chirurgical steril ranforsat XXL (1140) | SG-01202-05 | Turcia | Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: XXL 2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la  | Halat chirurgical steril ranforsat XXL<br>1.mărimea: XXL<br>2.Material neșesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate  | <b>AMDM<br/>DM0002<br/>40971</b> |



|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | <p>nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.</p> | <p>4.steril<br/>5.ambalat individual<br/>6.ajustare la nivelul gâtului<br/>7.închidere suprapusă la spate prin legături<br/>8. Lungime nu mai puțin de 150cm<br/>9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)<br/>10.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de minim 40cm;<br/>11.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.</p> <p><b>TechnicalDataSheet.</b></p> |  |
|--|--|--|---|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@gmail.com](mailto:medglobalfarm@gmail.com)

Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)