

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 17 mai din 2024
Obiectul achiziției: Servicii de reparație stația de oxigen a.2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Servicii de reparație a compresorului Atlas Copco al stației de producere a oxigenului pentru anul 2024</u>	<u>Servicii de reparație a compresorului Atlas Copco al stației de producere a oxigenului pentru anul 2024</u>	Moldova	Moldova-Belgia	1. Înlocuirea Invertor Drive 126 KVAARC-D130-S+, compresor Atlas Copco CA 75VSD Plus. 2. Înlocuirea ventilator FAN 400V, 50 Hz pentru sistemul de răcire al uleiului compresor Atlas Copco GA 75VSD Plus. Toate piesele înlocuite vor rămâne în proprietatea IMSP SCM „Sfinta Treime”. Toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant. Se va oferi o garanție minim de 12 luni pentru toate piesele oferite și pentru toate lucrările indeplinite.	1. Înlocuirea Invertor Drive 126 KVAARC-D130-S+, compresor Atlas Copco CA 75VSD Plus. 2. Înlocuirea ventilator FAN 400V, 50 Hz pentru sistemul de răcire al uleiului compresor Atlas Copco GA 75VSD Plus. Toate piesele înlocuite vor rămâne în proprietatea IMSP SCM „Sfinta Treime”. Toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant. Se va oferi o garanție minim de 12 luni pentru toate piesele oferite și pentru toate lucrările indeplinite.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101