

Anexa nr.2 la Specificatii tehnice lotul nr.19
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 18.06.2022

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.19 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140100	Da , Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) model EST-1 , producator Heal Force Bio-meditech Holdings Limited/ fabrica Shanghai Lishen Scientific Equipment Co., Ltd - China
2.	Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă.	Parametrul Specificația Da , Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Vezi catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
3.	Mărimile mesei: Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm	Mărimile mesei: Da , Lungimea 210 cm Lățimea 50 cm Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
4.	Poziționarea mesei: Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm	Poziționarea mesei: Da , Reglarea înălțimii 70 - 103 cm Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
5.	Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm	Da , Deplasarea longitudinală 29,60 cm Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
6.	Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade	Da , Trendelemburg 30 grade Da , Inversarea trendelemburgului 30 grade Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
7.	Secțiile mesei ≥ 5 secții	Da , Secțiile mesei 5 secții: secția din spate, secția cap, secția scaunului mesei chirurgicale (table seat section) si două secții divizate ale secțiunii talpa/picior. Parametrii secțiilor sunt indicați mai jos conform cerintelor solicitate pentru fiecare secție aparte. Secții suplimentare, pentru care nu s-au indicat cerinte solicitate nu au fost incluse. Vezi catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
8.	Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade	Da , Înclinarea: Laterală 20 grade Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
9.	Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)	Da , Secția din spate de la +80 la -40 grade. Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table" sintagma "Custom made positioning of Back plate 80°/40° can be produced on request". Producatorul a confirmat ca va produce la comanda noastra poziționarea secției din spate de la +80 la -40 grade. Vezi Declarația atasată a producătorului referitor la Secția din spate de la +80 la -40 grade.
10.	Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă, divizată	Da , Secțiunea de la talpa/picior de la +65 la - 96 grade detașabilă, divizată în două secții. Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
11.	Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim)	Da , Secția cap de la +57 la - 72 grade Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
12.	Greutatea pacientului ≥ 200 kg	Da , Greutatea pacientului 200 kg Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
13.	Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei	Da , Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Vezi pag.2 si pag.3

		din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
14.	Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da	Da , Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table" sintagma "Radio-lucent table top".
15.	Mărimea casetelor minim 35x43 cm	Da , Mărimea casetelor standard 35x43 cm Vezi pag.2 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
16.	Atașarea de bază mobile Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic	Da , Atașarea de bază mobile Rotile da Da , Sistem de frinare a bazei tip mecanic Vezi pag.2 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
17.	Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz	Da , Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Da , Alimentarea 220 V, 50 Hz Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
18.	Telecomandă da	Da , Telecomandă Vezi pag.2 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
19.	Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei	Da , Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Vezi pag.3 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
20.	Pupitru de comandă da	Da , Pupitru de comandă da Vezi pag.2 din catalogul atasat "EST-1 Electro-Hydraulic Operating table".
21.	Accesorii: suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	Da , Accesorii: Da , suport cot 2 unit. Da , suport umăr 2 unit. Da , suport picioare 2 unit. Da , suport torace 2 unit. Da , suport mână (decubit lateral) 1 unit. Da , stand pentru perfuzie 1 unit. Da , curea pentru fixarea corpului 1 unit. Da , suport pentru ecran de anestezie 1 unit.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertant: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59