

CMACCentrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**

Nr. 1218 din 11 martie 2021

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

**Soluție pentru igienizare "Chem-Italia", Sanit, amb. 750 ml,
lot. 86 buc., d/f 07.2020, t/v 24 luni****"Chem-Italia" S.r.l., Italia****"TORECO" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 1****Act de prelevare Nr. 436-P din 05.03.2021****mun. Chișinău, str. Uzinelor, 1****Rezanu V.****1 buc****05 martie 2021****Data începerii încercărilor****05.03.2021****Data finisării încercărilor****11.03.2021****Certificarea*****SM GOST R 51696-2003 punctul 3.2.1, tabelul 1****REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici fizico-chimice				
Indicele ionilor de hidrogen, pH	5.1/PL -7/01 (SM GOST R 50550:2005)	3,0-11,5	6,9	±0,2

*Notă: DN este anulat din 25.01.2021

Responsabili de încercări

Șef de laborator



O. Smerea

X. Apostol

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client**Atenție producătorilor și organelor de control!**Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reproduș sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.