

Specificații tehnice

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achiziție:	21073213 / ocds-b3wdp1-MD-1675849460458 din 16.03.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Produse parafarmaceutice – 2023

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
16	16.Seringă p/u perfuzor	DMS-LL3	China	Zibo Eastmed	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existent in institutie	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existent in institutie. Produs livrat în an.2022 (Contract 298 din 01.04.2022, Lot 145.Seringă p/u perfuzor, cod DMS-LL3)	CE
18	18.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	AT2203	China	Anntom	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	CE
19	19.Set p/u cateterizarea venelor centrale 3 luminal G14	ZKDNT8F20 / ZKDNT9F20	Polonia	Balton	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min	CE
20	20.Set p/u cateterizarea venelor centrale 2 canale G16	ZKDND7F20E / ZKDND8F20E	Polonia	Balton	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min	CE
22	22.Set p/u cateterizarea venelor centrale monolumen G14	ZKDN5F20 / ZKDN6F20	Polonia	Balton	Set cateter monolumen G14 - componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Set cateter monolumen G14 - componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	CE
29	29.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomatul Vistron CT	AT2298 / AT2299	China	Anntom	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock , rezistentă la presiuni de 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T (cod AT2298 - cu valvă, cod AT2299 - fără valvă)	CE
30	30.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT	AT2298 / AT2299	China	Anntom	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock , rezistentă la presiuni de 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T (cod AT2298 - cu valvă, cod AT2299 - fără valvă)	CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de achiziție:	21073213 / ocds-b3wdp1-MD-1675849460458 din 16.03.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Produse parafarmaceutice – 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33600000-6	16	16.Seringă p/u perfuzor	buc	5000	3.95	4.266	19,750.00	21,330.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	18	18.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	buc	150	175.00	189.00	26,250.00	28,350.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	19	19.Set p/u cateterizarea venelor centrale 3 luminal G14	buc	1000	275.00	297.00	275,000.00	297,000.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	20	20.Set p/u cateterizarea venelor centrale 2 canale G16	buc	600	252.50	272.70	151,500.00	163,620.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	22	22.Set p/u cateterizarea venelor centrale monolumen G14	buc	2500	146.50	158.22	366,250.00	395,550.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	29	29.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomatul Vistron CT	buc	150	22.50	24.30	3,375.00	3,645.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
33600000-6	30	30.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT	buc	300	22.50	24.30	6,750.00	7,290.00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore
TOTAL							848,875.00	916,785.00	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2