

Specificații tehnice (F4.1)									
Numărul licitației:			21046318					Data: „16” noiembrie 2021	Alternati va nr.
Denumirea licitației:			Achiziționarea aparatajului pentru laboratorul medical din cadrul Centrului de Sănătate Sănătăuca, rl. Florești					Lot: indicate	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
38430000- 8	1	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu system inchis de reactivi	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu system inchis de reactivi	Selectra Pro S	Olanda	Elitech	conform anuntului de participare	conform Anexa 1	CE, ISO
38430000- 8	2	Distilator	Distilator	Distiller	Italia	Tecno Gaz	conform anuntului de participare	1. Repicent 4 litri; 2. Capacitatea de distilare . 1 l/oră; 3. PH – 5-7; 4. Modul de operare continuu;	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Tudor Ceaicovschi** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2